Sandomierz dnia 06.12.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „***Dzierżawę analizatora koagulologicznego i aparatu do posiewów krwi i płynów ustrojowych oraz dostawę odczynników***"
znak: PN/27/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę analizatora koagulologicznego i apartu do posiewów krwi i płynów ustrojowych oraz dostawę odczynników", znak PN/27/2016

Do Zamawiającego w dniu 05.12.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Dotyczy Pakietu nr I

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z rejestracją odczynnika na pokładzie aparatu, po manualnym zeskanowaniu kodu kreskowego przez czytnik wewnętrzny analizatora (operator skanuje kod kreskowy z butelki odczynnika, analizator automatycznie wskazuje miejsce na pokładzie, w którym należy umieścić butelkę z odczynnikiem)?
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika do PT w oparciu o tromboplastynę rekombinowaną ludzką bez możliwości jednoczesnego oznaczenia fibrynogenu?
3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika do D-dimerów z liniowością min. 5000 ng/ml FEU w pierwszym badaniu? Czy Zamawiający oczekuje doliczenia testów na powtórzone badania, celem osiągnięcia wyników min. 7000 ng/ml?
4. Prosimy o informację z jaką częstotliwością wykonywane są oznaczenia kontrolne?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 06.12.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 05.12.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

Dotyczy Pakietu nr I

1. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania analizatora z rejestracją odczynnika na pokładzie aparatu, po manualnym zeskanowaniu kodu kreskowego przez czytnik wewnętrzny analizatora.
2. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania odczynnika do PT w oparciu o tromboplastynę rekombinowaną ludzką bez możliwości jednoczesnego oznaczenia fibrynogenu.

3. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania odczynnika do D-dimerów z liniowością min. 5000 ng/ml FEU w pierwszym badaniu.
4. Zamawiający informuje że oznaczenia kontrole wykonywane są trzy razy w tygodniu.