



Sandomierz, dn. 30.04.2019r

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opisywanie badań przez Przyjmującego Zamówienie na podstawie własnego rozwiązania bez integracji HL7 z oprogramowaniem Zamawiającego, jednakże będącego alternatywnym rozwiązaniem, w pełni bezpiecznym, spełniającym wszelkie wymogi do opisywania badań w systemie zdalnym?

Odp. Zamawiający wymaga integracji HL7 z posiadanym oprogramowaniem.

- 2) Czy poprzez gotowość do użycia podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym do celów autoryzacji opisywanych badań Zamawiający rozumie moment kiedy wymóg ten będzie stawiany przez Ministerstwo Zdrowia?

Odp. Poprzez gotowość do użycia podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym do celów autoryzacji opisywanych badań Zamawiający rozumie termin kiedy uruchomi funkcjonalność EDM w zakresie radiologii, tj. od dnia 01 lipca 2020r.

Z-ca DYREKTORA
ds. Opieki Zdrowotnej, SSDŚ w Sandomierzu
DYREKTOR SSDŚ
lek. med. Beata Wiater