Sandomierz 13.01.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę aspiratora ultradźwiękowego do zabiegów neurochirurgicznych i akcesorii do wiertarki neurochirurgicznej,
znak PN/1/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aspiratora ultradźwiękowego do zabiegów neurochirurgicznych i akcesorii do wiertarki neurochirurgicznej, znak PN/1/2015

Do Zamawiającego w dniu 09.01.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. Czy w p. 6 „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych" Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej klasy diatermię mono i bipolarną produkcji ERBE typ VIO 300D z przystawką argonową ERBE APC2 zamiast helowej?
2. Czy w p. 2 – „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych wyposażenie diatermii" Zamawiający dopuści wózek umożliwiający zamontowanie diatermii i przystawki argonowej?
3. Czy w p. 2 – „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych wyposażenie diatermii" Zamawiający dopuści elektrodę bierną, jednorazową, dzieloną o powierzchni kontaktowej 85 cm2 z pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 23 cm2.
4. Czy w p. 7 – „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych – wyposażenie diatermii" Zamawiający dopuści butlę argonową o pojemności 5l?
5. Czy w p. 8 – „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych – wyposażenie diatermii" Zamawiający dopuści do zaoferowania reduktor argonu?

6. Czy w p. 9 – „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych – wyposażenie diatermii" Zamawiający dopuści uchwyt do koagulacji argonowej?
7. Czy w p. 10 – „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych – wyposażenie diatermii" Zamawiający dopuści końcówkę do koagulacji argonem, dł. 100 mm Ø5mm – 10 szt. z wysuwaną elektrodą igłową lub szkatułkową umożliwiającą zarówno koagulację plazmą argonową jak i cięcie i koagulacje w osłonie argonu?
8. Czy w p. 14 – „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych – wyposażenie diatermii" Zamawiający dopuści pincetę bipolarną bagnetową dł. 23 cm, końcówki 0,4 mm wykonaną z materiałów nieprzywierających do tkanek?
9. Czy Zamawiający dopuści wydzielenie diatermii jako oddzielnego zadania?
10. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na diatermię ERBE VIO 300D bez przystawki argonowej?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 13.01.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 09.01.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:
1) Zamawiający w Pakiecie I Diatermia z przystawką helową Parametry ogólne w pkt. 6 dopuszcza również diatermię mono i bipolarną produkcji ERBE typ VIO 300D z przystawką argonową ERBE APC2,
2) Zamawiający w Pakiecie I Diatermia z przystawką helową Wyposażenie diatermii w pkt. 2 dopuszcza również wózek umożliwiający zamontowanie diatermii i przystawki argonowej,
3) Zamawiający w Pakiecie I Diatermia z przystawką helową Wyposażenie diatermii w pkt. 3 dopuszcza również elektrodę bierną, jednorazową, dzieloną o powierzchni kontaktowej 85cm2 z pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 23cm2,
4) Zamawiający w Pakiecie I Diatermia z przystawką helową Wyposażenie diatermii w pkt. 7 dopuszcza również butlę argonową o pojemności 5L,
5) Zamawiający w Pakiecie I Diatermia z przystawką helową Wyposażenie diatermii w pkt. 8 dopuszcza również reduktor argonu,
6) Zamawiający w Pakiecie I Diatermia z przystawką helową Wyposażenie diatermii w pkt. 9 dopuszcza również uchwyt do koagulacji argonowej,
7) Zamawiający w Pakiecie I Diatermia z przystawką helową Wyposażenie diatermii w pkt. 10 dopuszcza również końcówkę do koagulacji argonem,

dł. 100mm Ø5mm – 10 szt., z wysuwaną elektrodą igłową lub szkatułkową umożliwiającą zarówno koagulację plazmą argonową jak i cięcie i koagulacje w osłonie argonu,
8) Zamawiający w Pakiecie I Diatermia z przystawką helową Wyposażenie diatermii w pkt. 14 dopuszcza również pincetę bipolarną bagnetową dł. 23cm, końcówki 0,4mm wykonaną z materiałów nieprzywierających do tkanek,
9) Zamawiający w Pakiecie I Diatermia z przystawką helową dopuszcza również diatermię ERBE VIO 300D bez przystawki argonowej,
10) Zamawiający wydziela z Pakietu I „Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych" Diatermię z przystawką helową i tworzy z niej odrębny Pakiet z nr IA o nazwie „Diatermia". Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Pakietu IA stanowi zał. nr 1a do SIWZ. Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści w Rozdz. I pkt. 2 SIWZ i tak otrzymuje on brzmienie: „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1, 1a i 2 do SIWZ", w Rozdz. III pkt. 3) SIWZ i tak otrzymuje on brzmienie: „opis oferowanego sprzętu sporządzony na podstawie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. nr 1, 1a i 2 do SIWZ" i w Rozdz. XVI pkt. 1 SIWZ i tak otrzymuje on brzmienie: „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 1, 1a i 2".

Zamawiający w związku z dokonanymi modyfikacjami w załączeniu przesyła oraz zamieszcza na stronie internetowej www.sand.pl Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Pakietu I i IA.

Zamawiający w związku z dokonanymi istotnymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przesuwa termin składania ofert na dzień 20.01.2015 r. godz. 09:00, natomiast otwarcie nastąpi w dniu 20.01.2015 r. godz. 10:00.