Sandomierz 14.01.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę aspiratora ultradźwiękowego do zabiegów neurochirurgicznych i akcesorii do wiertarki neurochirurgicznej,
znak PN/1/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aspiratora ultradźwiękowego do zabiegów neurochirurgicznych i akcesorii do wiertarki neurochirurgicznej, znak PN/1/2015

Do Zamawiającego w dniu 10.01.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Pytanie 1 –Dotyczy Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych.
Prosimy o wydzielenie z Pakietu I DIATERMII Z PRZYSTAWKĄ HELOWĄ z wyposażeniem do oddzielnego pakietu.
Pytanie 2– Dotyczy Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych
W przypadku wydzielenia z Pakietu I DIATERMII Z PRZYSTAWKĄ HELOWĄ czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania poniższego ASPIRATOR ULTRADŹWIĘKOWY jako rozwiązania równoważnego do produktów opisanych części ASPIRATOR ULTRADZWIĘKOWY, punkty I-III.

	ASPIRATOR ULTRADŹWIĘKOWY
	I. Parametry ogólne
5.	Zasilanie 230V, 50Hz
6.	Aspirator ultradźwiękowy z funkcją rozbijania tkanek, płukania i odsysania
7.	Zakres pracy generatora ultradźwięków 25kHz, 34kHz
8.	Piezoelektryczny przetwornik do wytwarzania drgań ultradźwiękowych

9.	Zintegrowany kablem z uchwytem
10.	Uchwyty bez konieczności chłodzenia wewnętrznym obiegiem płynu
11.	Końcówka robocza (przetwornik ultradźwiękowy) zintegrowany w jednej obudowie z uchwytem – urządzenie wielorazowe
12.	Jedno uniwersalne gniazdo podłączeniowe z automatycznym rozpoznawaniem częstotliwości podłączonego uchwytu
13.	Dreny do ssania i płukania jednakowe do uchwytów pracujących z częstotliwością 25 i 34kHz
14.	Zakres próżni pompy ssącej 0-650hPa
15.	Pompa ssąca zintegrowana z aparatem
16.	Zakres pompy do irygacji 3-40ml/min
17.	Pompa do irygacji zintegrowana z aparatem
18.	Aparat mobilny, zainstalowany na wózku z blokadą kół
19.	Funkcja autotestowania po włączeniu urządzenia
20.	Możliwość regulacji mocy ultradźwięków w zakresie 1-100%
21.	Podświetlany wskaźnik mocy ultradźwięków – diody LED
22.	Podświetlany wskaźnik wydajności irygacji i ssania – diody LED
	II. Wyposażenie aspiratora
1.	Aspirator ultradźwiękowy – 1 szt.
2.	Pojedynczy przycisk nożny – 1 szt.
3.	Łącznik próżni aparat-ssak – 1 szt.
4.	Wieszak do kroplówki – 1 szt.
5.	Filtr przeciwprzelewowy – 10 szt.
6.	Uchwyt 25kHz zagięty (kątowy) – 1 szt.
7.	Kabel łączący uchwyt z aparatem zintegrowany z uchwytem – 1 szt.
8.	Uchwyt mały, długi, zagięty (kątowy)34kHz – 1 szt.
9.	Kabel łączący uchwyt z aparatem zintegrowany z uchwytem – 1 szt.
10.	Kabel zasilający – 1 szt.
11.	Kaseta sterylizacyjna na uchwyty i kable – 2 szt.
	III. Wyposażenie jednorazowe aspiratora pozwalające na przeprowadzenie 50 zabiegów
1.	Jednorazowe dreny do ssania i płukania – 50 szt.
2.	Końcówka robocza z osłoną końcówki do uchwytu 25kHz – 40 szt.
3.	Końcówka robocza z osłoną końcówki do uchwytu 34kHz – 10 szt.

Pytanie 3– Dotyczy Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych.
W przypadku braku możliwości wydzielenia z Pakietu I DIATERMII Z PRZYSTAWKĄ HELOWĄ czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania poniższego zestawu jako rozwiązania równoważnego do produktów opisa-

nych w częściach ASPIRATOR ULTRADŹWIĘKOWY i DIATERMIA Z PRZYSTAWKĄ HELOWĄ ?

	ASPIRATOR ULTRADŹWIĘKOWY
	I. Parametry ogólne
5.	Zasilanie 230V, 50Hz
6.	Aspirator ultradźwiękowy z funkcją rozbijania tkanek, płukania i odsysania
7.	Zakres pracy generatora ultradźwięków 25kHz, 34kHz
8.	Piezoelektryczny przetwornik do wytwarzania drgań ultradźwiękowych
9.	Zintegrowany kablem z uchwytem
10.	Uchwyty bez konieczności chłodzenia wewnętrznym obiegiem płynu
11.	Końcówka robocza (przetwornik ultradźwiękowy) zintegrowany w jednej obudowie z uchwytem – urządzenie wielorazowe
12.	Jedno uniwersalne gniazdo podłączeniowe z automatycznym rozpoznawaniem częstotliwości podłączonego uchwytu
13.	Dreny do ssania i płukania jednakowe do uchwytów pracujących z częstotliwością 25 i 34kHz
14.	Zakres próżni pompy ssącej 0-650hPa
15.	Pompa ssąca zintegrowana z aparatem
16.	Zakres pompy do irygacji 3-40ml/min
17.	Pompa do irygacji zintegrowana z aparatem
18.	Aparat mobilny, zainstalowany na wózku z blokadą kół
19.	Funkcja autotestowania po włączeniu urządzenia
20.	Możliwość regulacji mocy ultradźwięków w zakresie 1-100%
21.	Podświetlany wskaźnik mocy ultradźwięków – diody LED
22.	Podświetlany wskaźnik wydajności irygacji i ssania – diody LED
	II. Wyposażenie aspiratora
1.	Aspirator ultradźwiękowy – 1 szt.
2.	Pojedynczy przycisk nożny – 1 szt.
3.	Łącznik próżni aparat-ssak – 1 szt.
4.	Wieszak do kroplówki – 1 szt.
5.	Filtr przeciwprzelewowy – 10 szt.
6.	Uchwyt 25kHz zagięty (kątowy) – 1 szt.
7.	Kabel łączący uchwyt z aparatem zintegrowany z uchwytem – 1 szt.
8.	Uchwyt mały, długi, zagięty (kątowy)34kHz – 1 szt.
9.	Kabel łączący uchwyt z aparatem zintegrowany z uchwytem – 1 szt.
10.	Kabel zasilający – 1 szt.
11.	Kaseta sterylizacyjna na uchwyty i kable – 2 szt.
	III. Wyposażenie jednorazowe aspiratora pozwalające na prze-

	prowadzenie 50 zabiegów
1.	Jednorazowe dreny do ssania i płukania – 50 szt.
2.	Końcówka robocza z osłoną końcówki do uchwytu 25kHz – 40 szt.
3.	Końcówka robocza z osłoną końcówki do uchwytu 34kHz – 10 szt.
	DIATERMIA Z PRZYSTAWKĄ ARGONOWĄ
5.	Zasilanie 230V, 50Hz
6.	Diatermia mono i bipolarna z możliwością koagulacji w osłonie argonu, aktywacja procedur argonowych z uchwytu argonowego
7.	Funkcja autotestowania po włączeniu urządzenia
8.	Aktywacja cięcia z wyłącznika nożnego lub uchwyt elektrody czynnej
9.	Możliwość zapisania w pamięci min. 10 programów pracy
10.	Jedno gniazdo monopolarne 3 pinowe
11.	Jedno gniazdo bipolarne 2 pinowe
12.	Jedno gniazdo do podłączenia uchwytu argonowego
13.	Moc wyjściowa min. 300W
14.	Możliwość zamontowania diatermii na podwójnym wózku z aspiratorem ultradźwiękowym
	II. Wyposażenie diatermii
1.	Diatermia – 1 szt.
2.	Wózek podwójny – 1 szt.
3.	Elektroda neutralna przylepna, jednorazowa, kompatybilność z aparatami ERBE VIO i ERBE ICC, opakowanie - 100 szt.
4.	Kabel do elektrody neutralnej – 1 szt.
5.	Aktywacja koagulacji argonowej z uchwytu ręcznego
6.	Przycisk nożny do aktywacji funkcji mono i bipolarnych – 1 szt.
7.	Butla na argon 5L – 1 szt.
8.	Reduktor ciśnienia argonu – 1 szt.
9.	Uchwyt z kablem do koagulacji argonem z przyciskami – 1 szt.
10.	Końcówka do koagulacji argonem, prosta o długości roboczej 100 mm i średnicy 5 mm. – 10 szt.
11.	Uchwyt monopolarny z kablem, do cięcia i koagulacji, doelektrod 4mm – 2 szt
12.	Elektroda monopolarna, nożowa, trzpień 4mm – 2 szt.
13.	Elektroda monopolarna, pętla, trzpień 4mm – 2 szt.
14.	Pęseta bipolarna, bagnetowa, długość 195mm, końcówka 6mm x 1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji – 1 szt.
15.	Kabel bipolarny, długość 4,4 m – 1 szt.

Pytanie 4– Dotyczy Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych.
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia posiadającego możliwość współpracy z końcówkami roboczymi pracującymi w ruchu złożonym (ruch posuwisto zwrotny z ruchem skrętnym)?
Pytanie 5– Dotyczy Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych.
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania DIATERMII kompatybilnej z posiadanymi przez Blok operacyjny akcesoriami (uchwyty, przewody, płytki bierne) – standard ERBE ?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.01.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 10.01.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:
1) Zamawiający odpowiedzią z dnia 13.01.2015 r. wydzielił z Pakietu I „Diatermię" i utworzył z niej oddzielny Pakiet z nr IA,
2) Zamawiający w Pakiecie I „Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych" dopuszcza również aspirator o poniższych parametrach:

	ASPIRATOR ULTRADŹWIĘKOWY
	I. Parametry ogólne
23.	Zasilanie 230V, 50Hz
24.	Aspirator ultradźwiękowy z funkcją rozbijania tkanek, płukania i odsysania
25.	Zakres pracy generatora ultradźwięków 25kHz, 34kHz
26.	Piezoelektryczny przetwornik do wytwarzania drgań ultradźwiękowych
27.	Zintegrowany kablem z uchwytem
28.	Uchwyty bez konieczności chłodzenia wewnętrznym obiegiem płynu
29.	Końcówka robocza (przetwornik ultradźwiękowy) zintegrowany w jednej obudowie z uchwytem – urządzenie wielorazowe
30.	Jedno uniwersalne gniazdo podłączeniowe z automatycznym rozpoznawaniem częstotliwości podłączonego uchwytu
31.	Dreny do ssania i płukania jednakowe do uchwytów pracujących z częstotliwością 25 i 34kHz
32.	Zakres próżni pompy ssącej 0-650hPa
33.	Pompa ssąca zintegrowana z aparatem

34.	Zakres pompy do irygacji 3-40ml/min
35.	Pompa do irygacji zintegrowana z aparatem
36.	Aparat mobilny, zainstalowany na wózku z blokadą kół
37.	Funkcja autotestowania po włączeniu urządzenia
38.	Możliwość regulacji mocy ultradźwięków w zakresie 1-100%
39.	Podświetlany wskaźnik mocy ultradźwięków – diody LED
40.	Podświetlany wskaźnik wydajności irygacji i ssania – diody LED
	II. Wyposażenie aspiratora
12.	Aspirator ultradźwiękowy – 1 szt.
13.	Pojedynczy przycisk nożny – 1 szt.
14.	Łącznik próżni aparat-ssak – 1 szt.
15.	Wieszak do kroplówki – 1 szt.
16.	Filtr przeciwprzelewowy – 10 szt.
17.	Uchwyt 25kHz zagięty (kątowy) – 1 szt.
18.	Kabel łączący uchwyt z aparatem zintegrowany z uchwytem – 1 szt.
19.	Uchwyt mały, długi, zagięty (kątowy)34kHz – 1 szt.
20.	Kabel łączący uchwyt z aparatem zintegrowany z uchwytem – 1 szt.
21.	Kabel zasilający – 1 szt.
22.	Kaseta sterylizacyjna na uchwyty i kable – 2 szt.
	III. Wyposażenie jednorazowe aspiratora pozwalające na przeprowadzenie 50 zabiegów
4.	Jednorazowe dreny do ssania i płukania – 50 szt.
5.	Końcówka robocza z osłoną końcówki do uchwytu 25kHz – 40 szt.
6.	Końcówka robocza z osłoną końcówki do uchwytu 34kHz – 10 szt.

3) Zamawiający w związku z wydzieleniem Diatermii z Pakietu I pytanie uznaje za bezprzedmiotowe,
4) Zamawiający w Pakiecie I „Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych" dopuszcza również urządzenie posiadające możliwość współpracy z końcówkami roboczymi pracującymi w ruchu złożonym (ruch posuwisto zwrotny z ruchem skrętnym),
5) Zamawiający w Pakiecie IA „Diatermia" dopuszcza również diatermię kompatybilną z posiadanymi przez Blok Operacyjny akcesoriami standard ERBE.