Sandomierz 14.01.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę aspiratora ultradźwiękowego do zabiegów neurochirurgicznych i akcesorii do wiertarki neurochirurgicznej,
znak PN/1/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aspiratora ultradźwiękowego do zabiegów neurochirurgicznych i akcesorii do wiertarki neurochirurgicznej, znak PN/1/2015

Do Zamawiającego w dniu 12.01.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Pytanie 1 –Dotyczy Załącznik nr 1SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia posiadającego możliwość stosowania wymiennych końcówek roboczych o różnym kształcie, średnicy i długości?
Pytanie 2– Dotyczy Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia posiadającego możliwość stosowania wymiennych końcówek roboczych do tkanki kostnej (noży tnących), mających zastosowanie w procedurach neurochirurgicznych?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.01.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 12.01.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:
1) Zamawiający w Pakiecie I „Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych" dopuszcza również urządzenie posiadające możliwość

stosowania wymiennych końcówek roboczych o różnym kształcie, średnicy i długości,
2) Zamawiający w Pakiecie I „Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych" dopuszcza również urządzenie posiadające możliwość stosowania wymiennych końcówek roboczych do tkanki kostnej (noży tnących), mających zastosowanie w procedurach neurochirurgicznych.