Sandomierz 14.01.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę aspiratora ultradźwiękowego do zabiegów neurochirurgicznych i akcesorii do wiertarki neurochirurgicznej,
znak PN/1/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aspiratora ultradźwiękowego do zabiegów neurochirurgicznych i akcesorii do wiertarki neurochirurgicznej, znak PN/1/2015

Do Zamawiającego w dniu 12.01.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Pytanie nr 1 Diatermia z przystawka helową

Czy Zamawiający dopuści urządzenie - diatermię o mocy 300W, mono i bipolarną z przystawka argonową, z możliwością koagulacji i cięcia w osłonie argonu, do zabiegów chirurgicznych (ginekologia, neurochirurgia , laryngologia, urologia, chirurgia ogólna)z butlą argonową o pojemności 5l..z możliwością zamontowaniana podwójnym wózku z aspiratorem ultradźwiękowym. Z osobnymi gniazdami: monopolarnym 3 pinowym, gniazdem bipolarnym dwupinowym, i gniazdem do uchwytu argonowego. Z możliwością aktywacji uchwytu lub wyłącznika nożnego. Z funkcją autotestu po włączeniu urządzenia. Bez dodatkowego włącznika nożnego aktywującego cięcie i koagulację w osłonie argonu (aktywacja procedur argonowych jest z uchwytu argonowego).

Pytanie nr 2 Wyposażenie diatermii punkt 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazową elektrodę neutralną dzieloną bez kabla dla dorosłych i dzieci. Długość elektrody 128-132 mm, szerokość elektrody 122-124 mm. Dzielona powierzchnia przewodząca 90 cm2. Podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki. Pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu. Powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993. Elektroda dzielona po obwodzie.

Potwierdzona kompatybilność z aparatami ERBE VIO i ERBE ICC. Opakowanie zbiorcze 100 szt.
Pytanie nr 3 Wyposażenie diatermii pkt. 5
Czy Zamawiający dopuści aktywację cięcia i koagulacji argonowej z uchwytu argonowego (aktywacja ręczna)
Pytanie nr 4 Wyposażenie diatermii pkt 7
Czy Zamawiający dopuści butle argonową o pojemności 5l.
Pytanie nr 5 Wyposażenie diatermii pkt 8
Czy Zamawiający dopuści argonowy reduktor ciśnienia .
Pytanie nr 6 Wyposażenie diatermii pkt 9
Czy Zamawiający dopuści uchwyt argonowy z przyciskami osobno do cięcia w osłonie argonu i do koagulacji argonowej.
Pytanie nr 7 Wyposażenie diatermii pkt 10
Czy Zamawiający dopuści końcówkę do koagulacji argonem prostą o długości roboczej 100 mm i średnicy 5 mm.
Pytanie nr 8 Wyposażenie diatermii pkt 14
Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne, bagnetowe, długość 195mm, końcówka 6mm x 1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji.
Pytanie nr 9 Wyposażenie diatermii pkt 15
Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny do pesety bipolarnej o długości min. 4,4 m.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.01.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 12.01.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:
1) Zamawiający odpowiedzią z dnia 13.01.2015 r. dopuścił diatermię z przystawką argonową. Zamawiający w Pakiecie IA „Diatermia" nie dopuszcza diatermii o mocy 300W, bez dodatkowego włącznika nożnego aktywującego cięcie i koagulację w osłonie argonu,
2) Zamawiający w Pakiecie IA „Diatermia" w pkt. 3 Wyposażenie diatermii dopuszcza również jednorazową elektrodę neutralną dzieloną bez kabla dla dorosłych i dzieci o długości 128-132mm, szerokości 122-124mm, z dzieloną powierzchnią przewodzącą 90cm2, z pierścieniem bezpieczeństwa w ilości 50szt.,
3) Zamawiający w Pakiecie IA „Diatermia" w pkt. 5 Wyposażenie diatermii nie dopuszcza aktywacji cięcia i koagulacji argonowej z uchwytu argonowego,
4) Zamawiający w Pakiecie IA „Diatermia" w pkt. 7 Wyposażenie diatermii dopuszcza również butle argonową o pojemności 5L,

5) Zamawiający w Pakiecie IA „Diatermia” w pkt. 8 Wyposażenie diatermii dopuszcza również argonowy reduktor ciśnienia.
6) Zamawiający w Pakiecie IA „Diatermia” w pkt. 9 Wyposażenie diatermii dopuszcza również uchwyt argonowy z przyciskami osobno do cięcia w osłonie argonu i do koagulacji argonowej,
7) Zamawiający w Pakiecie IA „Diatermia” w pkt. 10 Wyposażenie diatermii dopuszcza również końcówkę do koagulacji argonem prostą o długości 100mm i średnicy 5mm,
8) Zamawiający w Pakiecie IA „Diatermia” w pkt. 14 Wyposażenie diatermii nie dopuszcza szczypcy bipolarnych, bagnetowych o długości 195mm, końcówka 6mmx1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie,
9) Zamawiający w Pakiecie IA „Diatermia” w pkt. 15 Wyposażenie diatermii nie dopuszcza kabla bipolarnego o długości 4,4m.