Sandomierz 15.01.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę aspiratora ultradźwiękowego do zabiegów neurochirurgicznych i akcesorii do wiertarki neurochirurgicznej,
znak PN/1/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aspiratora ultradźwiękowego do zabiegów neurochirurgicznych i akcesorii do wiertarki neurochirurgicznej, znak PN/1/2015

Do Zamawiającego w dniu 14.01.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Załącznik 1a

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie – diatermię o mocy 250W, mono i bipolarną, do zabiegów chirurgicznych (ginekologia, neurochirurgia, laryngologia, urologia, chirurgia ogólna), z gniazdami: monopolarnym 3-pinowym, gniazdem bipolarnym 2-pinowym, z możliwością aktywacji uchwytu lub wyłącznika nożnego, funkcją autotestu po włączeniu urządzenia, bez przystawki argonowej?
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie – diatermię o mocy 300W, mono i bipolarną, do zabiegów chirurgicznych (ginekologia, neurochirurgia, laryngologia, urologia, chirurgia ogólna), z gniazdami: 2 gniazdami monopolarnymi 3-pinowymi i gniazdem bipolarnym 2-pinowym, z możliwością aktywacji uchwytu lub wyłącznika nożnego, funkcją autotestu po włączeniu urządzenie, bez przystawki argonowej?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 15.01.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.01.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

1) Zamawiający w Pakiecie IA „Diatermia” nie dopuszcza diatermii o mocy 250W,
2) Zamawiający w Pakiecie IA „Diatermia” nie dopuszcza diatermii o mocy 300W.