

Sandomierz 06.02.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę materiałów do zabiegów czaszkowo-
mózgowych, znak PN/4/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do zabiegów czaszkowo-mózgowych, znak PN/4/2015

Do Zamawiającego w dniu 05.02.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. Czy Zamawiający w § 6 ustęp 1 litera a zastąpi słowa „wartości brutto dostawy” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?
2. Czy Zamawiający w pakiecie nr V pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie hemostatyków powierzchniowych w rozmiarze 2,6 cm x 5,1 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
3. Czy Zamawiający w pakiecie nr V pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie hemostatyków powierzchniowych w rozmiarze 5,10 cm x 10,2 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
4. Czy Zamawiający w pakiecie nr V pozycja 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie hemostatyków powierzchniowych w rozmiarze 10,2 cm x 10,2 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
5. Czy Zamawiający w pakiecie nr V pozycja 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie hemostatyków powierzchniowych w rozmiarze 7,6 cm x 10,2 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
6. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyeliminowanie w pakiecie nr V w pozycji 1-4 wymogu potwierdzenia działania bakteriobójczego przeciwko szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP i E-coli badaniami klinicznymi in vivo.

7. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie z **pakietu nr V pozycji 5** do osobnego pakietu?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 06.02.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 05.02.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający nie wyraża zgody na zstąpienie w § 6 ust. 1 lit a) projektu umowy słów „wartości brutto dostawy” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”,
- 2) Zamawiający w Pakiecie V w poz. 1 dopuszcza również hemostatyk w rozmiarze 2,6cmx5,1cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ,
- 3) Zamawiający w Pakiecie V w poz. 2 dopuszcza również hemostatyk w rozmiarze 5,10cmx10,2cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ,
- 4) Zamawiający w Pakiecie V w poz. 3 dopuszcza również hemostatyk w rozmiarze 10,2cmx10,2cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ,
- 5) Zamawiający w Pakiecie V w poz. 4 dopuszcza również hemostatyk w rozmiarze 7,6cmx10,2cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ,
- 6) Zamawiający w Pakiecie V poz. 1-4 nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu, aby zaoferowane hemostatyki posiadały działanie bakteriobójcze przeciwko szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PESP i E-Coli. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ nie wymaga załączenia do oferty badań klinicznych potwierdzających w/w działanie bakteriobójcze,
- 7) Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu V poz. 5 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.