Sandomierz 15.01.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę aspiratora ultradźwiękowego do zabiegów neurochirurgicznych i akcesorii do wiertarki neurochirurgicznej,
znak PN/1/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aspiratora ultradźwiękowego do zabiegów neurochirurgicznych i akcesorii do wiertarki neurochirurgicznej, znak PN/1/2015

Do Zamawiającego w dniu 14.01.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Pytanie 1 –Dotyczy PAKIET II Akcesoria do wiertarki neurochirurgicznej
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania poniższego zestawu jako rozwiązania równoważnego do produktów opisanych w Załączniku numer 2, punkty 1-5 i 1-12 ?
Oferowany zestaw jest wyposażony w konsolę sterującą umożliwiającą niezależną pracę bez konieczności użycia produktów NSK Primado posiadanych przez Zamawiającego. Oferowany zestaw nie jest kompatybilny z zestawem NSK Primado.

	Wyposażenie
1.	Konsola sterująca CORE z przełącznikiem nożnym do napędów neurochirurgicznych, ortopedycznych i laryngologicznych. Możliwość zasilania napędów typu: wiertarka neurochirurgiczna, trepan, kraniotom, młynek do kości, shaver artroskopowy, shaver do zatok, wiertarka laryngologiczna, piły i wiertarki ortopedyczne do procedur traumatologicznych, medycyny sportowej i dużych zabiegów ortopedycznych.
2.	Kabel elektryczny do wiertarki zintegrowany z silnikiem – 1 szt.
3.	Mikro silnik neurochirurgiczny 75 000 obr./min – 1 szt.
4.	Kabel do irygacji (op. – 10 szt.) – 1 op.
5.	Kątnica 75 000 obr./min – 1 szt.

6.	Nakładka irygacyjna na kątnicę– 1 szt.
7.	Prostnica 75 000 obr./min – 1 szt.
8.	Nakładka irygacyjna na prostnicę – 1 szt.
9.	Końcówka piły posuwisto zwrotnej – 1 szt.
10.	Perforator z uchwytem Hudson – 1 szt.
11.	Ostrze trepana/perforatora – 1 szt.
12.	Kraniotom – 1 szt.

Pytanie 2– DotyczyPAKIET II Akcesoria do wiertarki neurochirurgicznej
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu z konsolą sterującą i wyłącznikiem nożnym ?
Pytanie 3– DotyczyPAKIET II Akcesoria do wiertarki neurochirurgicznej
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania konsoli sterującej posiadającej możliwość podłączenia młynka do kości ?
Pytanie 4– DotyczyPAKIET II Akcesoria do wiertarki neurochirurgicznej
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kraniotomu obrotowego ?
Pytanie 5– DotyczyPAKIET II Akcesoria do wiertarki neurochirurgicznej
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania konsoli sterującej posiadającej możliwość zasilania napędów ortopedycznych ?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 15.01.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.01.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:
1) Zamawiający w Pakiecie II „Akcesoria do wiertarki neurochirurgicznej" dopuszcza również zestaw nie kompatybilny z zestawem NSK Primado posiadanym przez Zamawiającego, o poniższych parametrach:

	Wyposażenie
13.	Konsola sterująca CORE z przełącznikiem nożnym do napędów neurochirurgicznych, ortopedycznych i laryngologicznych. Możliwość zasilania napędów typu: wiertarka neurochirurgiczna, trepan, kraniotom, młynek do kości, shaver artroskopowy, shaver do zatok, wiertarka laryngologiczna, piły i wiertarki ortopedyczne do procedur traumatologicznych, medycyny sportowej i dużych zabiegów ortopedycznych.
14.	Kabel elektryczny do wiertarki zintegrowany z silnikiem – 1 szt.
15.	Mikro silnik neurochirurgiczny 75 000 obr./min – 1 szt.
16.	Kabel do irygacji (op. – 10 szt.) – 1 op.
17.	Kątnica 75 000 obr./min – 1 szt.
18.	Nakładka irygacyjna na kątnicę– 1 szt.
19.	Prostnica 75 000 obr./min – 1 szt.

20.	Nakładka irygacyjna na prostnicę – 1 szt.
21.	Końcówka piły posuwisto zwrotnej – 1 szt.
22.	Perforator z uchwytem Hudson – 1 szt.
23.	Ostrze trepana/perforatora – 1 szt.
24.	Kraniotom – 1 szt.

2)Zamawiający w Pakiecie II „Akcesoria do wiertarki neurochirurgicznej" nie wymaga, ale dopuszcza również zestaw z konsolą sterującą i wyłącznikiem nożnym,

3) Zamawiający w Pakiecie II „Akcesoria do wiertarki neurochirurgicznej" nie wymaga, ale dopuszcza również konsolę sterującą posiadającą możliwość podłączenia młynka do kości,

4) Zamawiający w Pakiecie II „Akcesoria do wiertarki neurochirurgicznej" nie wymaga, ale dopuszcza również kraniotom obrotowy,

5) Zamawiający w Pakiecie II „Akcesoria do wiertarki neurochirurgicznej" nie wymaga, ale dopuszcza również konsolę sterującą posiadającą możliwość zasilania napędów ortopedycznych.