Sandomierz 15.01.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę aspiratora ultradźwiękowego do zabiegów neurochirurgicznych i akcesorii do wiertarki neurochirurgicznej,
znak PN/1/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aspiratora ultradźwiękowego do zabiegów neurochirurgicznych i akcesorii do wiertarki neurochirurgicznej, znak PN/1/2015

Do Zamawiającego w dniu 14.01.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Pyt. 1
Czy Zamawiający dopuści diatermię mono i bipolarną bez przystawki helowej i argonowej o parametrach pracy podobnych do dopuszczonej w poprzednich pytaniach diatermii ERBE VIO 300D? Wyposażenie oczywiście zgodnie z SIWZ.
Pyt.2
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga końcówek do aspiratora w pełni wielorazowych, na stałe zintegrowanych z przetwornikiem a nie jak w pytaniu nr 2 z dnia 10.01.2015 wielorazowego przetwornika z jednorazowymi końcówkami, co ma wpływ na późniejsze zdecydowanie niższe koszty eksploatacji aspiratora przy zabiegach neurochirurgicznych?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 15.01.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.01.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:
1) Zamawiający w Pakiecie IA „Diatermia" dopuszcza również diatermię bez przystawki helowej lub argonowej, spełniająca wszystkie pozostałe wymagania SIWZ,

2) Zamawiający w Pakiecie I „Aspirator ultradźwiękowy do zabiegów neurochirurgicznych” wymaga aspiratora o parametrach zgodnych z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ jak i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, które są wiążące zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy.