

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

**Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Zakup wiertarki operacyjnej dla potrzeb Oddziału Ortopedii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”
znak: ZAP.OFERT./18/017**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Zakup wiertarki operacyjnej dla potrzeb Oddziału Ortopedii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”, znak: ZAP.OFERT./18/2017

Do Zamawiającego w dniu 10.07.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie 1 pkt 1.3

Czy Zamawiający dopuści materiał obudowy znacznie trwalszy w eksploatacji w postaci anodyzowanego aluminium

Pytanie 2 pkt 1.4

Czy w tym wymaganiu nie wkraść się błąd i obroty powinny być określone jako min. 1300 obr/min. Obroty min. 13000 obr/min - takie parametry mają napędy szybkoobrotowe do neuro, spine itp. I nie nadają się do nasadki Jacobs przy endoprotezoplastyce.

Pytanie 3 pkt 4 i 5

Czy to są parametry minimalne? Mamy możliwość zaoferowania nasadek o większej rozpiętości rozmiarowej a co za tym idzie bardziej uniwersalne.

Pytanie 4 pkt 6.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie baterii 10,9V/2000 mAh, oraz 14,6V/2000 mAh. Proponujemy napędy o znacznie wyższych parametrach niż wymagane minimum w Watt i Nm a co za tym idzie konieczne jest zaoferowanie odpowiednio mocniejszych baterii.

Pytanie 5 pkt 7.1

Czy Zamawiający dopuści puszkę wykonaną z bardzo trwałego kompozytu umożliwiającego sterylizację w autoklawie, na którą udzielamy 5 letnią gwarancję?

Pytanie 6 pkt 8.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ładowarki czterostanowiskowej. Wymagając dostawy 4 akumulatorów wydaje się logiczne posiadanie ładowarki na wszystkie posiadane akumulatory.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 11.07.2017 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 10.07.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, udziela wyjaśnień:

1. Zamawiający nie dopuszcza.
2. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w pkt. 1.4. załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.
3. Zamawiającemu w pkt. 4 chodzi o zaoferowanie nasadki wiertarskiej typu Jacobs z kluczykiem z możliwością montażu akcesoriów o średnicy od 0-6,5mm, a w pkt. 5 o zaoferowanie nasadki do drutów Kirschnera z możliwością montażu drutów o średnicy w zakresie od 0,8 – 4.0mm.
4. Zamawiający nie dopuszcza

5. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w pkt. 7.1 zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego.
6. Zamawiający dopuszcza.