

Sandomierz 20.06.2017 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę nici chirurgicznych, znak PN/14/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, znak PN/14/2017

Do Zamawiającego w dniu 16.06.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dotyczy Pakietu I:** Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szew syntetyczny, pleciony powleczony mieszaniną kwasu poliglikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, wchłaniany, z mieszaniny kwasu poliglikolowego (90%) i polimlekowego (10%) o okresie wchłaniania do 70 dni i czasie podtrzymywania tkankowego w węźle chirurgicznym po 2 tyg. ok. 75%, po 3 tyg. ok. 50%?
- 2. Dotyczy Pakietu I poz. 8:** Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji pojedynczy szew w saszetce, tj. igła tnąca wzmocniona 26mm, ½ koła, nić 45cm, 2/0 z odpowiednim przeliczeniem ilości saszetek?
- 3. Dotyczy Pakietu I poz. 31:** Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji pojedynczy szew w saszetce, tj. igła okrągła 65mm, ½ koła, nić 75cm, 2 z odpowiednim przeliczeniem ilości saszetek?
- 4. Dotyczy Pakietu II:** Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów syntetycznych niewchłaniających, monofilamentowych, polipropylenowych bez dodatku glikolu polietylenowego. Pozostałe parametry bez zmian.
- 5. Dotyczy Pakietu III:** Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szew syntetyczny wchłaniający, niepowlekany, zdolność podtrzymywania tkankowego w węźle po 2 tyg. ok. 40% pierwotnej siły, po 3 tyg. ok. 15%, czas wchłaniania 90-120 dni?
- 6. Dotyczy Pakietu IV:** Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szwów z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
- 7. Dotyczy Pakietu IV poz. 12-14:** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu w w/w pozycjach szwów poliamidowych.

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

- 8. Dotyczy Pakietu V:** Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłaniającą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?
- 9. Dotyczy Pakietu VI:** Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów syntetycznych, wchłanianych, monofilamentowych, z polidiodksanonu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- 10. Dotyczy Pakietu VII:** Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szew syntetyczny, niewchłaniający wykonany z poliestru powlekany silikonem (bez informacji w ulotkach o tym, że każde włókno tego szwu powlekane jest silikonem osobno jak i cały szew)?
- 11. Dotyczy Pakietu VIII poz. 1-2:** Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,56mm, wielkość oczek 1,2-1,4mm, gramatura 70g/m²?
- 12. Dotyczy Pakietu VIII poz. 3-4:** Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,36mm, wielkość oczek 1,5-1,7mm, gramatura 55g/m²?
- 13. Dotyczy Pakietu VIII poz. 1:** Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 8x15cm?
- 14. Dotyczy Pakietu VIII:** Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejania ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.06.2017 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 16.06.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu.

- 3) Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu.
- 8) Zamawiający nie dopuszcza.
- 9) Zamawiający nie dopuszcza.
- 10) Zamawiający dopuszcza szew syntetyczny, niewchłaniający wykonany z poliestru, powlekany silikonem pod warunkiem, że w ulotkach, katalogach znajduje się informacja potwierdzająca spełnienie wymogu, że każde włókno tego szwu powlekane jest silikonem osobno jak i cały szew.
- 11) Zamawiający nie dopuszcza.
- 12) Zamawiający nie dopuszcza.
- 13) Zamawiający dopuszcza siatkę o wymiarach 8x15cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.
- 14) Zamawiający dopuszcza.