Sandomierz dnia 28.02.2019 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dzierżawę analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych"
Znak PN/8/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych", znak PN/8/2019

Do Zamawiającego w dniu 22.02.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania do SIWZ:

1. Rozdział I pkt. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 14 dni? Uzasadnienie: Mając na uwadze konieczność sprowadzenia analizatora bezpośrednio od producenta z zagranicy a także szereg procedur formalnych i celnych, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wydłużenie wskazanego terminu. Wskazany przez Zamawiającego termin jest niemożliwy do dotrzymania przez Wykonawcę.
2. Rozdział I pkt. 5.3 oraz umowa dzierżawy §7 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 48h w dni robocze i 72h w dni świąteczne od chwili zgłoszenia usterki?
3. Parametry techniczne pkt. 4 Czy Zamawiający wymaga, aby wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych dla podłoży tlenowych i beztlenowych z inhibitorem antybiotyków dla dorosłych z pozycji 1,3 było potwierdzone instrukcją użytkowania/metodyką techniczną w języku polskim dołączoną do oferty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży dla dzieci i noworodków przeznaczonych tylko do posiewów krwi? Zamawiający ma możliwość posiewu innych jałowych płynów ustrojowych w kierunku drobnoustrojów tlenowych i bezltenowych od dzieci i noworodków na podłoża z pozycji 1 i 3, które są do tego zwalidowane.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie specjalnego przyrządu w postaci dwustronnej igły kompatybilnej z butelką, która ma zastosowanie w przesiewaniu dodatnich prób krwi z butelek na podłoża do hodowli drobnoustrojów ?
6. Parametry oceniane pkt. 12 Czy Zamawiający przyzna punkty jeżeli Możliwość opóźnionego wkładania podłóż (butelek) do posiewów krwi i innych jałowych płynów z pobranym materiałem do aparatu, niemająca wpływu na wykrywalność drobnoustro-

jów minimum 24 godziny jest potwierdzona wpisem do instrukcji używania producenta podłóż ?

7. Czy Zamawiający wymaga aby butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi ?
8. Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał minimum 3 pozytywne opinie z polskich laboratoriów nt. jakości podłóż oraz analizatora do posiewów krwi ?

Pytania do umowy – załącznik nr 5

9. §5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z telefonicznej formy składania zamówień? Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie telefonicznie określić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po stronie Zamawiającego.
10. §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wydzierżawiający może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej."?
11. §7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.02.2019 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 22.02.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora o 14 dni.
2. Zamawiający wyraża zgodę.
3. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
4. Zamawiający dopuszcza.
5. Zamawiający dopuszcza.
6. Zgodnie z zapisami SIWZ.
7. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
8. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
9. Zamawiający zgodnie z zapisami § 5 ust. 5 umowy dopuszcza również możliwość składania zamówień faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej email.
10. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w § 6 ust. 3 umowy, który otrzymuje brzmienie: *„W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Dzierżawcę, Wydzierżawiającemu nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wydzierżawiający może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych".*
11. Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
Janusz Sikorski