

Sandomierz 23.02.2017 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę leków, znak PN/4/2017

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków, znak PN/4/2017**

Do Zamawiającego w dniu 10.02.2017 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

***Pytanie***

**Dot. Pakietu 29** – Czy Zamawiający dopuści preparat Sevoflurane Sojourn w butelce 250ml – wyposażonej w system wlewowy tj. konektor wielokrotnego użytku (konektor nakręcony na butelkę, stanowi szczelny bezpośredni system napełniania parownika umożliwiający bezpieczne uzupełnianie parowników), wraz z bezpłatnym użyczeniem parowników kompatybilnych z systemem i aparatami do znieczulania w ilości wskazanej przez Zamawiającego?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 23.02.2017 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 10.02.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

1) Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu, ponieważ zastosowanie szklanej butelki zagraża bezpieczeństwu pracy na Bloku Operacyjnym, w związku z możliwością stłuczenia i wylania się płynu narażając w ten sposób pracowników na niebezpieczeństwo ekspozycji.