

Sandomierz 23.02.2017 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę leków, znak PN/4/2017

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków, znak PN/4/2017**

Do Zamawiającego w dniu 10.02.2017 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

***Pytanie***

**Dot. Pakietu 29** – Czy Zamawiający dopuści preparat Sevoflurane Baxter 250ml w odpornej na uszkodzenia mechaniczne butelce aluminiowej, wyposażony w system wlewowy Dreager Fill tj. adapter wielokrotnego użytku (adapter nakręcany na butelkę, stanowiący szczelny bezpośredni system napełniania parowników), wraz z bezpłatnym użyczeniem parowników kompatybilnych z systemem i aparatami do znieczulenia w ilości wymaganej przez Zamawiającego?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 23.02.2017 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 10.02.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

1) Zamawiający dopuszcza w/w preparat pod warunkiem bezpłatnego użyczenia na okres trwania umowy, parowników kompatybilnych z systemem i aparatami do znieczulenia w ilości 10 szt. (8 szt. obecnie używane + 2 szt. po rozstrzygnięciu postępowania na zakup aparatów do znieczulenia).