Sandomierz 27.03.2017 r.

Szpital Specjalistyczny

Ducha Świętego

ul. Schinzla 13

27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017

Do Zamawiającego w dniu 13.03.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. **Dotyczy projektu umowy Pakietu XVIII:** Uprzejmie prosimy o zgodę na odniesienia do dni roboczych w Załączniku nr 30, a w szczególności w § 4 w punkcie 4 i 5: czas reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze i czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia.

2. **Dotyczy Pakietu XVIII:** Czy w Zamawiający dopuści jeden z nowszych respiratorów na rynku, który ma wiele parametrów szerszych niż wymagane i oceniane w tej SIWZ, a które pozycjonują go na poziomie respiratorów wysokiej klasy np.: zaawansowana wentylacja proporcjonalna PAV+ - ułatwiająca kontrolowane „ćwiczenie" mięśni oddechowych w celu szybszego odzwyczajenia od wentylacji mechanicznej tworząc synchroniczny i proporcjonalny „szum" wentylacji różnymi objętościami sterowany wzorcem oddechowym leczonego oddechowo pacjenta; lecz który nie spełnia częściowo niektórych wybranych wymogów granicznych, np.: respirator ten ma manualną próbę SBT z wykorzystaniem TC, ale nie ma automatycznej próby spontanicznego oddechu SBT; ma prezentowane kalkulowane ciśnienie w tchawicy, ale nie ma mierzonego; ma częstość oddechów od 1 do 100 / min, ale nie ma do 120 odd/min dla wcześniaków; ma objętość oddechu od 25 ml dla 3,5 kg mc noworodków, ale nie ma od 20 ml dla jeszcze mniejszych wcześniaków; ma czas plateau do 2 sekund, ale nie ma do 6 sekund; ma czas wdechu do 8 sekund, ale nie ma do 11 sekund; ma przepływ bazowy regulowany automatycznie do 20 litrów, ale nie ma regulowanego ręcznie do 8 litrów; ma manualne przedłużenie fazy wdechowej do 7 sekund, ale nie ma do 12 sekund; ma zużywalny galwaniczny czujnik tlenu, ale nie ma niezużywalnego – bardzo drogiego podzespołu w przypadku awarii; ma alarm bezdechu w zakresie 10-60 sekund, ale nie ma alarmu niskiej częstości oddechowej; ma identyczny z wymaganym nebulizator, ale sterowany poza respiratorem, dzięki temu można go używać z dowolnym respiratorem oraz pacjentami niezaintubowanymi; ponad wymogi określone w SIWZ nasz respirator posiada rozbudowane monitorowanie np.: C20/C, praca oddechowa WOB, pojemność życiowa VC, stała czasowa 3Taμ i wiele innych; posiada rozbudowane systemy synchronizacji wentylacji z pacjentem np.: LS ; posiada możliwości rozbudowy o przystawki do wentylacji tlenkiem azotu itd.; po-

wyższe uzasadnione jest naszym głębokim przekonaniem, że samo dopuszczenie nas do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne m.in. z środków unijnych będzie uznaniem największych ośrodków klinicznych w Europie, które z powodzeniem wykorzystują właśnie ten respirator w leczeniu najcięższych, różnorodnych stanów pacjenta od bariatrii po wcześniaki z ekstremalnie niską wagą ciała poniżej 1000 g, co koresponduje z klasą naszego produktu?

3. **Dotyczy Pakietu XVIII:** Czy Zamawiający uwzględni prośbę o uzupełnienie w pakiecie 18 wymogów ocenianych o zaawansowaną wentylację proporcjonalna typu PAV+ lub NAVA lub **INTELLiVENT®-ASV** - ułatwiającą kontrolowane „ćwiczenie" mięśni oddechowych w celu szybszego odzwyczajenia od wentylacji mechanicznej tworząc synchroniczny i proporcjonalny „szum" wentylacji różnymi objętościami sterowany wzorcem oddechowym leczonego oddechowo pacjenta; co pozwoli uwzględnić i ocenić inne skuteczne rozwiązania dostępne na rynku terapii oddechowej?

4. **Dotyczy Pakietu XVIII:** Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia pacjenta alarmem okluzji, gdyby doszło do zablokowania ramienia wydechowego i wydech nie byłby możliwy?

5. **Dotyczy Pakietu XVIII:** Czy Zamawiający wymaga synchronizacji respiratora z pacjentem przez regulację płynną czasu lub współczynnika narastania przepływy dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych PSV?

6. **Dotyczy Pakietu XVIII:** Czy w pakiecie 18 Zamawiający wymaga możliwości przeprowadzenia manewru rekrutacji płuc wspieranym monitorowaną podatnością dynamiczną w czasie rzeczywistym?

7. **Dotyczy Pakietu XIII poz. 7:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących wymiarach 60cm/43cm/30 cm?

8. **Dotyczy Pakietu XIII poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jedną prędkością przepływu powietrza 23,5 l/s?

9. **Dotyczy Pakietu XIII poz. 14:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością monitorowania i raportowania przebiegu leczenia - przekroczenia maksymalnej temperatury, bez raportowania czasu ogrzewania i siły podawania powietrza?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 27.03.2017 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.03.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1) Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Zamawiający dopuszcza respirator o w/w parametrach oraz informuje, że w zakresie parametrów podlegających ocenie obowiązują zapisy SIWZ.

3) Zamawiający nie wyraża zgody.

4) Zamawiający nie wymaga.

5) Zamawiający nie wymaga.

6) Zamawiający nie wymaga.

7) Zamawiający dopuszcza.

8) Zamawiający nie dopuszcza.

9) Zamawiający nie dopuszcza.