

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

**Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dostawę testów i opakowań do sterylizacji” znak
PN/13/2017**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę testów i opakowań do sterylizacji”, znak PN/13/2017

Do Zamawiającego w dniu 19.06.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

1. Dotyczy Pakiet II, pozycja nr 8: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców.
2. Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu 250 szt.? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
3. Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowaniu produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?. Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie znacznie tańszej cenowo oferty.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.06.2017 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 19.06.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp udziela wyjaśnień:

1. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.
3. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.