Sandomierz dnia 23.02.2017 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dostawę jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i dzierżawę sprzętu medycznego" znak PN/5/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i dzierżawę sprzętu medycznego", znak PN/5/2017

Do Zamawiającego w dniu 21.02.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Dotyczy pakietu nr I

1. Poz. 10 Podany opis to opis wyrobu produkowanego przez firmę Medlab-Products z siedzibą w Raszynie. Firma ta uniemożliwia nabycie produktów jej produkcji, czego dowodem jest jej stwierdzenie z jednego z postępowań przetargowych: „...nigdy nie sprzedawaliśmy, ani nie zamierzamy sprzedawać produktów firmie Profilab s.c.". Tożsame stanowisko Wykonawca ten zajmuje względem innych firm biorących udział w postępowaniach zakupowych, gdzie pojawiają się produkty wytwarzane przez ww. firmę. Zasady wolnego rynku w Polsce, podobnie jak w całym obszarze EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym) umożliwiają swobodny przepływ towarów, dlatego też takie stanowisko wymienionej firmy jest w wątpliwej zgodności z przepisami prawa zarówno polskiego, jak i unijnego. Opis zamówienia nadany przez Zamawiającego uniemożliwia złożenie innych ofert na ten moment. Sterylną mikrometodę z lejkiem sprzedaje tylko firma Medlab-Products, gdyż jest to wyrób przez nią produkowany. Czy Zamawiający zgodzi się na probówki niesterlyne, bez lejka?
2. Poz. 10 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to prosimy o wskazanie produktu równoważnego, który Zamawiający dopuści lub jeśli Zamawiający musi kupić wyspecyfikowany produkt, o usunięcie pozycji z pakietu, gdyż produkt ten, może Zamawiający kupić bez procedury zakupowej, z uwagi na fakt, że jeden producent i zarazem oferent go oferuje na polskim rynku.
3. Poz. 10 Czy podana liczba „200" to 200 sztuk probówek do mikrometody czy 200 opakowań?
4. Poz. 10 Jeśli Zamawiający ma na myśli opakowania, prosimy o podanie ilości sztuk w opakowaniu.
5. Poz. 26, 27 Prosimy o dopuszczenie innych wielkości opakowań niż stosowane przez firmę Medlab oczywiście z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę całkowitego zapotrzebowania Zamawiającego.
6. Poz. 28 Czy Zamawiający dopuści kapilary 98 ul?
7. Poz. 32 Podany opis to opis wyrobu produkowanego przez firmę Medlab-Products z siedzibą w Raszynie. Firma ta uniemożliwia nabycie produktów jej produkcji, czego dowodem jest jej stwierdzenie z jednego z postępowań przetargowych: „...nigdy nie sprzedawaliśmy, ani nie zamierzamy sprzedawać produktów firmie Profilab s.c.". Tożsame stanowisko Wykonawca ten zajmuje względem innych firm biorących udział w postępowaniach zakupowych, gdzie pojawiają się produkty wytwarzane przez ww. firmę. Zasady wolnego rynku w Polsce, podobnie jak w całym obszarze EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym) umożliwiają swobodny przepływ towarów, dlatego też takie stanowisko wymienionej firmy jest w wątpliwej zgodności z przepisami prawa zarówno

polskiego, jak i unijnego. Opis zamówienia nadany przez Zamawiającego uniemożliwia złożenie innych ofert na ten moment. Czy Zamawiający da szansę udziału w postępowaniu innym oferentom i dopuści pojemniki o poj. 25 ml i wym. 25x80mm?

8. Poz. 34 Podany opis to opis wyrobu produkowanego przez firmę Medlab-Products z siedzibą w Raszynie. Firma ta uniemożliwia nabycie produktów jej produkcji, czego dowodem jest jej stwierdzenie z jednego z postępowań przetargowych: „...nigdy nie sprzedawaliśmy, ani nie zamierzamy sprzedawać produktów firmie Profilab s.c.". Tożsame stanowisko Wykonawca ten zajmuje względem innych firm biorących udział w postępowaniach zakupowych, gdzie pojawiają się produkty wytwarzane przez ww. firmę. Zasady wolnego rynku w Polsce, podobnie jak w całym obszarze EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym) umożliwiają swobodny przepływ towarów, dlatego też takie stanowisko wymienionej firmy jest w wątpliwej zgodności z przepisami prawa zarówno polskiego, jak i unijnego. Opis zamówienia nadany przez Zamawiającego uniemożliwia złożenie innych ofert na ten moment. Czy Zamawiający da szansę udziału w postępowaniu innym oferentom i zmieni opis określając zakres pojemności jakie dopuszcza, bez rozróżniania na pojemność użytkową? Pojemność użytkowa nie jest znana nikomu, albowiem to użytkownicy będą nalewać mocz i nigdy nie jest ona wartością stałą wynoszącą 120 ml.
9. Poz. 44 Czy Zamawiający dopuści pipetki z podziałką o dł. ok. 150 mm?
10. Poz. 49 Podany opis to opis wyrobu produkowanego przez firmę Medlab-Products z siedzibą w Raszynie. Firma ta uniemożliwia nabycie produktów jej produkcji, czego dowodem jest jej stwierdzenie z jednego z postępowań przetargowych: „...nigdy nie sprzedawaliśmy, ani nie zamierzamy sprzedawać produktów firmie Profilab s.c.". Tożsame stanowisko Wykonawca ten zajmuje względem innych firm biorących udział w postępowaniach zakupowych, gdzie pojawiają się produkty wytwarzane przez ww. firmę. Zasady wolnego rynku w Polsce, podobnie jak w calym obszarze EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym) umożliwiają swobodny przepływ towarów, dlatego też takie stanowisko wymienionej firmy jest w wątpliwej zgodności z przepisami prawa zarówno polskiego, jak i unijnego. Opis zamówienia nadany przez Zamawiającego uniemożliwia złożenie innych ofert na ten moment. Czy Zamawiający da szansę udziału w postępowaniu innym oferentom i dopuści wyroby bez takiego zamknięcia, aby nie ograniczać udziału innych wykonawców? Zamknięcia strunowe są pozornie lepszym rozwiązaniem, gdyż wyrób sterylny otworzony traci swa sterylność raz na zawsze w momencie pierwszego otwarcia, niezależnie od tego czy jest potem zamykany strunowym zamknięciem czy też nie.
11. Poz. 50 Podany opis to opis wyrobu produkowanego przez firmę Medlab-Products z siedzibą w Raszynie. Firma ta uniemożliwia nabycie produktów jej produkcji, czego dowodem jest jej stwierdzenie z jednego z postępowań przetargowych: „...nigdy nie sprzedawaliśmy, ani nie zamierzamy sprzedawać produktów firmie Profilab s.c.". Tożsame stanowisko Wykonawca ten zajmuje względem innych firm biorących udział w postępowaniach zakupowych, gdzie pojawiają się produkty wytwarzane przez ww. firmę. Zasady wolnego rynku w Polsce, podobnie jak w całym obszarze EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym) umożliwiają swobodny przepływ towarów, dlatego też takie stanowisko wymienionej firmy jest w wątpliwej zgodności z przepisami prawa zarówno polskiego, jak i unijnego. Opis zamówienia nadany przez Zamawiającego uniemożliwia złożenie innych ofert na ten moment. Czy Zamawiający da szansę udziału w postępowaniu innym oferentom i dopuści wyroby bez takiego zamknięcia, aby nie ograniczać udziału innych wykonawców? Zamknięcia strunowe są pozornie lepszym rozwiązaniem, gdyż wyrób sterylny otworzony traci swa sterylność raz na zawsze w momencie pierwszego otwarcia, niezależnie od tego czy jest potem zamykany strunowym zamknięciem czy też nie.
12. Poz. 49 i 50 Czy Zamawiający dopuści produkty z PS?
13. Poz. 49 i 50 Prosimy o dopuszczenie innych wielkości opakowań niż stosowane przez firmę Medlab oczywiście z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę całkowitego zapotrzebowania Zamawiającego.

14. Poz. 51 Podany opis to opis wyrobu produkowanego przez firmę Medlab-Products z siedzibą w Raszynie. Firma ta uniemożliwia nabycie produktów jej produkcji, czego dowodem jest jej stwierdzenie z jednego z postępowań przetargowych: „...nigdy nie sprzedawaliśmy, ani nie zamierzamy sprzedawać produktów firmie Profilab s.c.". Tożsame stanowisko Wykonawca ten zajmuje względem innych firm biorących udział w postępowaniach zakupowych, gdzie pojawiają się produkty wytwarzane przez ww. firmę. Zasady wolnego rynku w Polsce, podobnie jak w całym obszarze EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym) umożliwiają swobodny przepływ towarów, dlatego też takie stanowisko wymienionej firmy jest w wątpliwej zgodności z przepisami prawa zarówno polskiego, jak i unijnego. Opis zamówienia nadany przez Zamawiającego uniemożliwia złożenie innych ofert na ten moment. Czy Zamawiający da szansę udziału w postępowaniu innym oferentom i zmieni opis określając zakres pojemności jakie dopuszcza, bez rozróżniania na pojemność użytkową? Pojemność użytkowa nie jest znana nikomu, albowiem to użytkownicy będą nalewać ciecz i nigdy nie jest ona wartością stałą wynoszącą 50 ml.
15. Poz. 54 Czy Zamawiający dopuści wacik wiskozowy, który jest standardem stosowanym w wymazówkach w probówkach transportowych?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 23.02.2017 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 21.02.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

1. Zamawiający dopuszcza probówki bez lejka, ale wymaga probówek sterylnych, ze względu na ich przeznaczenie, chodzi o wykonywanie badań u noworodków.
2. Zamawiający wydziela z Pakietu I poz. nr 10 i tworzy Pakiet nr III.
3. Zamawiającemu chodzi o ilość sztuk.
4. Zamawiającemu nie chodzi o opakowania, ale sztuki w ilości 200.
5. Zamawiający dopuszcza.
6. Zamawiający dopuszcza.
7. Zamawiający dopuszcza.
8. Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności całkowitej od 100 – 150 ml.
9. Zamawiający nie dopuszcza.
10. Zamawiający dopuszcza
11. Zamawiający dopuszcza.
12. Zamawiający dopuszcza.
13. Zamawiający dopuszcza.
14. Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności całkowitej od 50- 60 ml.
15. Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielanymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 02.03.2017 r., do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.03.2017 r. o godz. 10:00