Sandomierz 27.03.2017 r.

Szpital Specjalistyczny

Ducha Świętego

ul. Schinzla 13

27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/6/2017

Do Zamawiającego w dniu 08.03.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. **Dotyczy Pakietu VI:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną bez możliwości ogniskowania?

2. **Dotyczy Pakietu VI:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której osłona kopuły wykonana jest z odlewu aluminium?

3. **Dotyczy Pakietu VI:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której osłona kopuły wykonana jest z aluminium bez właściwości antybakteryjnych?

4. **Dotyczy Pakietu VI:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której tzw. „brudne uchwyty" wykonane są z tworzywa bez użycia nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów ?

5. **Dotyczy Pakietu VI:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której uchwyty na kopule mają ergonomiczny kształt jednak delikatnie wystają poza obrys kopuły?

6. **Dotyczy Pakietu IX:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z listwami bez ograniczników zabezpieczających korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem?

7. **Dotyczy Pakietu IX:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości blatu 2100mm?

8. **Dotyczy Pakietu IX:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości 750-1000mm?

9. **Dotyczy Pakietu IX:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym zakres regulacji podgłówka wynosi od -45º do 45º?

10. **Dotyczy Pakietu IX:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością wypiętrzenia ławeczki nerkowej 120mm?

11. **Dotyczy Pakietu X:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o długości blatu 2100mm?

12. **Dotyczy Pakietu X:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, w którym zakres regulacji podgłówka wynosi od -45º do 45º?

13. **Dotyczy Pakietu X:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o konstrukcji wykonanej z profili ze stali nierdzewnej piaskowanej?

14. **Dotyczy Pakietu X:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o konstrukcji wykonanej z profili ze stali nierdzewnej piaskowanej bez użycia metody nanotechnologii srebra?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 27.03.2017 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 08.03.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1) Zamawiający nie dopuszcza.

2) Zamawiający nie dopuszcza.

3) Zamawiający nie dopuszcza.

4) Zamawiający informuje, że pytanie dotyczy parametru podlegającego ocenie, którego spełnienie bądź brak spełnienia nie wpływa na możliwość złożenia oferty.

5) Zamawiający dopuszcza.

6) Zamawiający dopuszcza.

7) Zamawiający dopuszcza.

8) Zamawiający dopuszcza.

9) Zamawiający dopuszcza.

10) Zamawiający dopuszcza.

11) Zamawiający dopuszcza.

12) Zamawiający dopuszcza.

13) Zamawiający dopuszcza.

14) Zamawiający informuje, że pytanie dotyczy parametru podlegającego ocenie, którego spełnienie bądź brak spełnienia nie wpływa na możliwość złożenia oferty.