

Sandomierz dnia 07.03.2019 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzła 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”
Znak PN/11/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”, znak PN/11/2019

Do Zamawiającego w dniu 04.03.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o art. 38 ust.1 Ustawy – Prawo Zamówień z dnia 29 stycznia 2004 r. zwracamy się do Państwa z następującym zapytaniem:

1. Dotyczy Pakietu V, Podpunkt 10. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza, aby automatyczna kontrola jakości znajdowała się w oddzielnym pakiecie niż odczynnikowy? Automatyczna kontrola jakości z płynów, znajdujących się w pakiecie odczynnikowym.
2. Dotyczy Pakietu V, Podpunkt12. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza, aby minimalna objętość krwi pobranej do badania wynosiła 135 mikrolitrów?
3. Dotyczy Pakietu V, Podpunkt24. Pytanie:Czy Zamawiający dopuszcza analizator bez możliwości kopiowania danych z analizatora przez port USB?
4. Dotyczy Pakietu V, Podpunkt27. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza aparat bez automatycznego mieszania próbki?
5. Dotyczy Pakietu V, Podpunkt29. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza, aby dobowy czas kalibracji wynosił 60 minut? Taka częstotliwość kalibracji zapewnia bezbłędną pracę analizatora.
6. Dotyczy Pakietu V, Podpunkt30. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza analizator o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 39.1 x 35.6 x 45.7 cm?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.03.2019 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 04.03.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1. Zamawiający nie dopuszcza.



2. Zamawiający dopuszcza.
3. Zamawiający dopuszcza, jeżeli jest inna metoda kopiowania danych.
4. Zamawiający nie dopuszcza.
5. Zamawiający nie dopuszcza.
6. Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Spółdzielni Wzajemnej Pomocy
w Sandomierzu
Janusz Sikorski