

Sandomierz dnia 08.07.2019 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

**Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dostawę sprzętu medycznego”
Znak PN/17/2019**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego”, znak PN/17/2019

Do Zamawiającego w dniu 28.06.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie nr 1 do pakietu nr 4


Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop pólshywny o następujących parametrach:

- Wbudowana optyka, kąt patrzenia- 8°
- Wymiar części roboczej 10 Charr, początkowy/dystalny 7,5 Charr
- Kanał roboczy: Możliwość wprowadzenia jednoczesnego dwóch narzędzi 3Fr lub jednego narzędzia 5 Fr
- Długość robocza: 425 mm
- W zestawie łącznik z nierozbieralnymi kranikami oraz uszczelki.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 08.07.2019 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 28.06.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: Zamawiający nie dopuszcza.

p.o. DYREKTOR
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego

w Sandomierzu
dr n.  Marek Kos