

Sandomierz 05.11.2019 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń domó-
zgowych dla Oddziału Udarowego, znak PN/33/2019

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do diagnostyki ultrasonogra-
ficznej naczyń domózgowych dla Oddziału Udarowego, znak PN/33/2019**

Do Zamawiającego w dniu 04.11.2019 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o tre-
ści następującej:

Pytanie

Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 79: Prosimy o potwierdze-
nie, że podłączenie do Work List Szpitala oraz systemu radiologicznego Expacs firmy
Pixel Technology nie będzie obejmowało zakupu żadnych dodatkowych licencji do opro-
gramowania, które Zamawiający posiada lub będzie posiadał oraz, że konfiguracja ofe-
rowanego ultrasonografu z podłączeniem do systemu radiologicznego Expacs firmy
Pixel Technology, czyli usługa integracji od strony posiadanego systemu będzie całkowi-
cie bezkosztowa.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 05.11.2019 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 04.11.2019 r. Szpital Specjalistyczny Du-
cha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zada-
ne pytanie:

1) Zamawiający informuje, że podłączenie do Work List Szpitala oraz systemu radiolo-
gicznego PACS wykonane ma zostać w ramach posiadanych przez Szpital licencji. Ze
strony Wykonawcy oczekujemy dostarczenia aparatu z licencją na WorkList + PACS oraz
umiejętności konfiguracji aparatu do poprawnej współpracy z systemami szpitalnymi.

Z-ca DYREKTORA
ds. Opieki Zdrowotnej, SSOS w Sandomierzu
lek. med. Beata Wiater