

Sandomierz dnia 07.03.2019 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”
Znak PN/11/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”, znak PN/11/2019

Do Zamawiającego w dniu 04.03.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Dot. Pakietu nr III Pulsoksymetr

Ad. 20. Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z możliwością pracy na akumulatorze (czas ciągłego monitorowania: 24 godziny) lub bateriach AA - 3 szt. (czas ciągłego monitorowania: 36 godzin)?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.03.2019 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 04.03.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:
Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
Janusz Sikorski