

Sandomierz dnia 22.10.2019 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

**Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dzierżawę analizatorów laboratoryjnych”,
Znak PN/32/2019**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę analizatorów laboratoryjnych”, znak PN/32/2019

Do Zamawiającego w dniu 21.10.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Dotyczy Pakietu nr 1:

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści termin dostawy odczynników w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, z wyłączeniem krwi kontrolnej, która będzie dostarczana zgodnie z harmonogramem dostaw, który dostarczany jest wraz z analizatorem?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przystąpienie do naprawy analizatora hematologicznego w terminie do 24 godzin w dni robocze i do 72 godzin w dni świąteczne?
3. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z analizatorem mikroskopu do weryfikacji rozmazów metodą manualną?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 22.10.2019 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 21.10.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy wymaga dostawy odczynników w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia zamówienia, ale dopuszcza wyłączenie krwi kontrolnej, która będzie dostarczana zgodnie z harmonogramem dostaw.
2. Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos