

Sandomierz dnia 07.03.2019 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na „Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału  
Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”  
Znak PN/11/2019

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”, znak PN/11/2019**

Do Zamawiającego w dniu 05.03.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**PAKIET II Aparat do szybkiego przetaczania płynów- Pompa infuzyjna objętościowa - szt. 1  
Pkt 3**

Czy Zamawiający dopuści pompę z prędkością , 0,1-1500 ml/h z trybem pracy mikro i makro Programowane co 0,01 w zakresie 0,1-99,9 ml/h co 0,1 w zakresie 0,1-99,9 m/h , co 1 ml w zakresie 100- 1500 ml/h , co znacznie zwiększy możliwości prowadzonych terapii ?

**Pkt 8**

Czy Zamawiający dopuści czas pracy pompy przy szybkości 25ml/h min 8 h , co w praktyce może oznaczać spełnianie wymogu Zamawiającego ?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.03.2019 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 05.03.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
*Janusz Sikorski*