Sandomierz 13.06.2019 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/16/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/16/2019

Do Zamawiającego w dniu 07.06.2019 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Dot. Pakietu 29: Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o umożliwienie udziału w postępowaniu poprzez wyrażenie zgody na dopuszczenie cewników permanentnych o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności cewnik o średnicy 15,5F, długość od mufki: 15, 17, 19, 23, 27, 31, 35, 43, 50cm, skład zestawu: igła wprowadzająca 18Ga, prowadnica J, skalpel nr 11, rozszerzacze żył: 12Fr i 14Fr, prowadnik rozdzieralny 16Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, bagnet do tunelizacji, opatrunek samoprzylepny, nasadki iniekcyjne.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 13.06.2019 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 07.06.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

1) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
Jerzy Litorski