

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

**Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dzierżawę analizatorów laboratoryjnych”,
Znak PN/32/2019**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę analizatorów laboratoryjnych”, znak PN/32/2019

Do Zamawiającego w dniu 21.10.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Dotyczy Pakietu nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału kontrolnego w ilości wystarczającej na wykonanie kontroli 3 x w tygodniu jeden poziom naprzemiennie?
2. Czy Zamawiający wymaga doliczenie materiałów zużywalnych takich jak: kapilary, zatyczki do kapilar, wylapywaczy skrzepów do kapilar oraz wylapywaczy skrzepów do strzykawek? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości każdego asortymentu z osobna.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 22.10.2019 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 21.10.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający w treści SIWZ i projektu umowy jasno określił, że przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sprzętu medycznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu dzierżawy. Ponadto w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ, Zamawiający podał ilość wykonywanych badań w okresie 24 miesięcy RKZ, Oksymetria: 15 000 oznaczeń, w oparciu, o którą Wykonawca powinien sporządzić ofertę z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych materiałów, które mają być użyte dla zapewnienia prawidłowej pracy analizatora oraz ilości badań.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
[Podpis]
dr n. med. Marek Kos