

Sandomierz dnia 07.03.2019 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na „Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału  
Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”  
Znak PN/11/2019

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”, znak PN/11/2019**

Do Zamawiającego w dniu 05.03.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy: zał. nr 5 „PAKIET V Analizator parametrów krytycznych – szt. 1” pozycja nr 4  
Czy Zamawiający dopuści hematokryt wyliczany ze zmierzonej w oksymetrze hemoglobiny?  
W związku z tym iż metodą uznaną za referencyjną dla pomiaru hematokrytu jest metoda wirówkowa, która nie może być i nie jest stosowana w żadnym dostępnym na rynku analizatorze parametrów krytycznych prosimy o informację czy Zamawiający oceni równoznacznie wyliczenie hematokrytu ze zmierzonego stężenia hemoglobiny całkowitej? Metoda ta jest zbliżona do metody wirówkowej uznanej za referencyjną ze stosowaną w analizatorach metodą kondukcjo-metryczną, która pomimo uznania jej za pomiar hematokrytu jest mało precyzyjna

**Pytanie nr 2**

Dotyczy: zał. nr 5 „PAKIET V Analizator parametrów krytycznych – szt. 1” pozycja nr 12  
Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością wykonania oznaczenia z niewielkiej ilości krwi do 65 mikrolitrów?

**Pytanie nr 3**

Dotyczy: zał. nr 5 „PAKIET V Analizator parametrów krytycznych – szt. 1” pozycja nr 16  
Prosimy o doprecyzowanie podpunktu 16, czy Zamawiający poprzez: Uproszczona obsługa - wymiana pakietu odczynnikowego, nie odczynników pojedynczo rozumie, analizator pracujący w oparciu o pakiet odczynnikowy zawierający wszystkie niezbędne odczynniki: kalibratory i płyny kontroli jakości (inne niż kalibratory i płyny płuczące), płyny płuczące, hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki oraz oddzielną kasetę zawierającą bezobsługowe sensory?

**Pytanie nr 4**

Dotyczy: zał. nr 5 „PAKIET V Analizator parametrów krytycznych – szt. 1” pozycja nr 23  
Czy Zamawiający dopuści analizator, którego ważność odczynników załadowanych do analizatora to min. 14 dni?

**Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.03.2019 r.:**

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 05.03.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1. Zamawiający dopuszcza.



2. Zamawiający dopuszcza.
3. Zamawiający poprzez uproszczoną obsługę - wymianę pakietu odczynnikowego, nie odczynników pojedynczo, rozumie analizator pracujący w oparciu o pakiet odczynnikowy zawierający wszystkie niezbędne odczynniki: kalibratory i płyny kontroli jakości (inne niż kalibratory i płyny płuczące), płyny płuczące, hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza oddzielną kasetę zawierającą bezobsługowe sensory.
4. Zamawiający dopuszcza.

  
**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalnego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
**Janusz Sikorski**