

Sandomierz 13.06.2019 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak  
PN/16/2019

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/16/2019**

Do Zamawiającego w dniu 10.06.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

#### **Pytania**

**1. Dot. Pakietu 41 poz. 2:** Czy Zamawiający w Pakiecie 41 Dreny w pozycji 2 ze względu na znaczną różnicę w cenie zgodzi się na wydzielenie do oddzielnej pozycji w tym pakiecie drenu Penrose (40mm otwartego)? Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej cenowo i jakościowo na asortyment opisany w tym pakiecie.

**2. Dot. Pakietu 45:** Czy Zamawiający w Pakiecie 45 Zestaw do drenażu dopuści trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej (aktywnego lub grawitacyjnego) posiadający wydzieloną komorę zastawki wodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5 ml w zakresie 0-200ml i co do 2000 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym. Wypełnienie zastawki pozwala na monitoring ciśnienia, diagnozowanie przecieku oraz zapobiega przed powrotem drenowanej treści do pacjenta. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25 cm, z wygodnym uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. W zestawie dren łączący, bezlateksowy, zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia. Sterylny. Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej cenowo i jakościowo w tym pakiecie.

#### ***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 13.06.2019 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 10.06.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu

Janusz Sikorski

