

Sandomierz dnia 07.03.2019 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinżla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na „Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału  
Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”  
Znak PN/11/2019

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”, znak PN/11/2019**

Do Zamawiającego w dniu 05.03.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ;**

**Pytanie 1 do Pakietu nr 7 w punkcie 4 „Oświetlenie białe, wymieniane każdorazowo z łyżkami”**

Czy zamawiający dopuści jako równoważne oświetlenie LED zintegrowane z urządzeniem. Pozwalające na uzyskanie lepszej jakości światła, dzięki braku możliwości bezpośredniego narażenia na zabrudzenie i uszkodzenie oświetlenia.

**Pytanie nr 2 do Pakietu nr 7**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania videolaryngoskopu o następujących parametrach?

- Urządzenie do rutynowych i trudnych intubacji niemowląt, dzieci i dorosłych
- Zintegrowany, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4", z maksymalnym kątem widzenia nie mniejszym niż 155°, wyświetlacz wielorazowego użytku
- Zasilany na standardowe baterie alkaliczne AAA zapewniającej 90 minut pracy urządzenia.
- Wymienne tory wizyjne wielorazowego użytku (adaptery), umożliwiające stosowanie łyżek dla całego zakresu wiekowego pacjentów od niemowląt do dorosłych
- Zintegrowane z urządzeniem źródło światła- biała dioda LED.
- Wskaźnik LED stanu baterii
- Jednorazowe łyżki czyste mikrobiologicznie, wykonane z polimeru optycznego zakończone. Zakończenie łyżki posiada system anti-fog zapobiegający zaparowaniu. Rozmiary 1, 2, 3. łyżki w rozmiarze 2 i 3 występują również w wersji z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną. łyżki pakowane w opakowaniu folia-papier bez daty ważności. Każda łyżka pakowana oddzielnie.
- Waga videolaryngoskopu z łyżką ok 220g
- Powłoka przeciwmgielna na końcu dystalnym łyżki
- System zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min.
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Wyjście wideo

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.03.2019 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 05.03.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający dopuszcza aparat o w/w parametrach oraz informuje, że w zakresie parametrów podlegających ocenie, obowiązują zapisy SIWZ

  
**DYREKTOR**  
**Spółdzielni Specjalistycznego Ducha Świętego**  
**w Sandomierzu**  
**Janusz Sikorski**