

Sandomierz dnia 07.03.2019 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”
Znak PN/11/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”, znak PN/11/2019

Do Zamawiającego w dniu 06.03.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pakiet nr 1 - APARAT USG

1. Głowice pkt 20 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, który posiada na głowicy liniowej zakres częstotliwości 3,5 – 16 MHz?
2. Głowice pkt 27 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, który posiada na głowicy microkonvex zakres częstotliwości 2,6 – 12,8 MHz?
3. §4 ust. 4 i 5 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czasy reakcji serwisu i naprawy gwarancyjnej liczone były w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)?
4. §4 ust. 4 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)?
5. §4 ust. 5 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy aparatu w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)?
6. Zamawiający wymaga, aby w formularzu cenowym podać m. in. numer seryjny aparatu. Aparatu USG są produkowane i konfigurowane pod indywidualne zamówienie klienta i na etapie składania ofert nie można określić numeru seryjnego. W związku z powyższym prosimy odstąpienie od powyższego wymogu.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.03.2019 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 06.03.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający dopuszcza.
3. Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Zamawiający nie wyraża zgody.
6. Zamawiający dopuszcza na etapie składania ofert, po podaniu numeru seryjnego po wyprodukowaniu aparatu.

DYREKTOR
Kapitan Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
Janusz Sikorski