

Sandomierz 07.01.2021 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak PN/35/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak PN/35/2020

Do Zamawiającego w dniu 30.12.2020 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Dot. Pakietu 18: Czy Zamawiający dopuści: osłonka do sondy ultrasonograficzne cross AD guard w skład zestawu wchodzi: zapakowana sterylne osłona 15cmx120cm, sterylny żel do usg, gumka mocująca osłonę do głowicy, pasek adhezyjny, sterylne samoprzylepne taśmy mocujące osłonkę do głowicy USG, niebieska sterylna serweta 40cmx40cm? Pasek adhezyjny poprawia komfort pracy osoby wykonujące nadanie USG, zapobiega przesuwaniu się osłony na głowicy. Pasek w żaden sposób nie zaburza obrazowania sondy USG. Gumki oraz taśmy pozwalają na precyzyjnie dopasowania osłonki do sondy usg. Żel, który jest zapakowany sterylne stanowi idealną ilość do jednego badania USG. Sterylna serweta pozwala na wygodne przygotowanie się do rozpoczęcia procesu nakładania osłony na sondę USG.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.01.2021 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 30.12.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

1) Zamawiający nie dopuszcza.

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu

dr Jerzy Kulmański