

Sandomierz 07.01.2021 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak PN/35/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak PN/35/2020

Do Zamawiającego w dniu 04.01.2021 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Dot. Pakietu 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system do pomiaru diurezy godzinowej wykonany z twardego plastiku, pojemnik o pojemności 500ml z trzema komorami pomiarowymi o czytelnej skali, komora kroplowa i zastawka antyrefluksowa zapobiegająca cofaniu się moczu, długość drenu łączącego pojemnik z cewnikiem 170cm, dren z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, pojemnik wyposażony w czytelnie oznakowany kranik spustowy pozwalający na ewakuowanie moczu za pomocą jednej ręki jednocześnie z trzech komór do worka, worek o pojemności 2L połączony z pojemnikiem, worek łatwo mocowany do komory za pomocą wygodnego złącza pozwalającego na szybkie łączenie i odłączanie, worek zawiera zastawkę antyrefluksową, etykietę danych pacjenta oraz kranik spustowy, zarówno pojemnik jak i worek mają filtry odpowietrzające ułatwiające wypełnianie komory moczem?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.01.2021 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 04.01.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

1) Zamawiający dopuszcza.

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr Jerzy Kuliński