

Sandomierz 06.10.2020 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę nici chirurgicznych i wyrobów medycznych stosowanych na Bloku  
Operacyjnym, znak PN/29/2020

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych i wyrobów medycznych stosowanych na Bloku Operacyjnym, znak PN/29/2020**

Do Zamawiającego w dniu 02.10.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytania**

- 1. Dot. Pakietu IX poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści druty prowadzące, nitinolowy rdzeń, końcówka prosta lub zakrzywiona, elastyczna z obu stron drutu, z powłoką hydrofilną na całej długości drutu, średnica 0,89mm, długość 150cm?
- 2. Dot. Pakietu IX poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści koszulki dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną na całej długości w celu znacznego ułatwienia wprowadzenia koszulki, dostępne w rozmiarach 10/12 Fr i 12/14 Fr oraz długościach 25cm, 38cm oraz 45cm. Płaszcz odporny na zagięcia, marker widoczny na zdjęciach rtg?
- 3. Dot. Pakietu IX poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści kosz nitinolowy do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych, dostępny w rozmiarach 1,9/2,2 Fr o średnicy koszyka 15mm oraz 3,0 Fr o średnicy koszyka 15mm, bezkońcówkowy, 4-przewodowy, materiał płaszcz poliamid, z mechanizmem otwierającym, widoczny w promieniach rtg, długość 90 lub 110cm, rozbieralny?
- 4. Dot. Pakietu X poz. 7:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do szynowania moczowodów pigtail podwójnie zagięty o/o - roczny, z materiału dwuwarstwowego, rozmiary: 4,8F/28cm, 6F/28cm?

**Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 06.10.2020 r.:**

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 02.10.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
*dr n. med. Marek Kos*