

Szpital Specjalistyczny  
 Ducha Świętego  
 ul. Schinżla 13  
 27-600 Sandomierz


Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
 w postępowaniu na dostawę obłóżek, znak PN/21/2020

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłóżek, znak PN/21/2020**

Do Zamawiającego w dniu 06.07.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytania**

**1. Dot. Pakietu VI poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu:




- serwetki z włókniny 40g 20x40cm – 2 szt.,
- pokrowiec na stół Mayo 145x80cm (wykonany z folii piaskowanej min. 50um, niebieska, min. 74g/m<sup>2</sup>, z włókninową warstwą chłonną min. 85x76cm, o chłonności min. 630%) – 1 szt.,
- serweta na stół instrumentariuszki 190x150cm – 1 szt.,
- serweta z laminatu dwuwarstwowego 240x150cm z warstwą chłonną 37,5x70cm i przylepcem – 1 szt.,
- serweta z laminatu dwuwarstwowego 170x200cm z warstwą chłonną min 62g/m<sup>2</sup> 37,5x70cm i przylepcem – 1 szt.,
- serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m<sup>2</sup> 75x90cm z warstwą chłonną min. 62g/m<sup>2</sup> 37,5x70cm i przylepcem – 2 szt.,
- taśma medyczna 9x50cm – 1 szt.

Serwety operacyjne ze wzmocnieniem w części krytycznej wykonane są z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 62g/m<sup>2</sup> (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) oraz warstwy chłonnej o gramaturze min. 63g/m<sup>2</sup> (włóknina polipropylenowa). Całkowita gramatura min. 125g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwanie na sucho i mokro min. 200 kPa, Chłonność laminatu w strefie krytycznej min. 549%, barierowość dla wody min. 457cm H<sub>2</sub>O. Zestaw spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13975.

Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu miękkiej blister.

**2. Dot. Pakietu VII poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu:




- serwetki włókninowe 40g 40x20cm – 2 szt.,
- pokrowiec na stół Mayo 145x80cm (warstwa chłonną min. 85x76cm) – 1 szt.,
- serweta na stół instrumentarium 190x150cm – 1 szt.,

- serweta z laminatu dwuwarstwowego min. 56g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni 240x150cm z wycięciem U 63x7cm i przylepcem – 1 szt.,
- serweta z laminatu dwuwarstwowego min. 56g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni 240x180cm z przylepcem – 1 szt.,
- taśma medyczna 9x50cm – 1 szt.

Zestaw spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13975?


**3. Dot. Pakietu VIII poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu:



- serweta włókninowa 40g 20x40cm – 4 szt.,
- pokrowiec na stół Mayo 145x80cm – 1 szt.,
- serweta na stół instrumentarium 190x150cm - szt.,
- serweta z laminatu trójwarstwowego min. 73g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni (300x240cm z otworem 4cm i elementem elastycznym – 1 szt.

Zestaw spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13975?

**4. Dot. Pakietu IX poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu:



- serweta włókninowa 40g 20x40cm – 4 szt.,
- pokrowiec na stół Mayo 145x80cm – 1 szt.,
- serweta na stół instrumentariuszki 190x150cm – 1 szt.,
- pokrowiec na kończynę z laminatu trójwarstwowego 73g/m<sup>2</sup> 75x37cm – 1 szt.,
- serweta z laminatu trójwarstwowego min. 73g/m<sup>2</sup> 320x240cm z otworem 6cm, elementem elastycznym i workiem na płyn – 1 szt.,
- serweta z laminatu dwuwarstwowego min. 56g/m<sup>2</sup> 90x75cm z przylepcem – 1 szt.,
- taśma medyczna 9x50cm – 2 szt.

Sterylicacja tlenek etylenu, pakowany w torebkę papierowo-foliową z etykietą trójdzielną typu TAG z dwoma odcinkami do wklejenia do dokumentacji medycznej.

**5. Dot. Pakietu XV poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 90x75cm z otworem 8x6cm i przylepcem wokół otworu, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) o gramaturze min. 56g/m<sup>2</sup>, grubość folii min. 25um, odporność na rozerwanie na sucho i mokro min. 150kPa, chłonność min. 250cm H<sub>2</sub>O, reszta zgodna z opisem?

**6. Dot. Pakietu XV poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stół Mayo 145x80cm z folii polietylenowej i włókninowej warstwy chłonnej, składana teleskopowo, grubość folii min. 70um, masa powierzchniowa włókniny min. 60g/m<sup>2</sup>, łączna masa włókniny i folii min. 130g/m<sup>2</sup>, odporność na rozerwanie na sucho min. 123kPa i na mokro min. 119kPa, chłonność min. 175cm H<sub>2</sub>O, reszta zgodna z opisem?

**7. Dot. Pakietu XV poz. 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w rozm. 120x75cm wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) o gramaturze min. 56g/m<sup>2</sup>, grubość folii min. 25um, odporność na rozerwanie na sucho i mokro min. 150kPa, chłonność min. 250cm H<sub>2</sub>O, reszta zgodna z opisem?

**8. Dot. Pakietu XXII poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli o paroprzepuszczalności 4365 g/m<sup>2</sup>/24h?

**9. Dot. Pakietu XXII poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli w kolorze niebieskim?

**10. Dot. Pakietu XXVI poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu co umożliwi większej ilości firm na złożenie ofert konkurencyjnych cenowo?

**11.Dot. Pakietu XXVI poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczek medycznych o następującej charakterystyce:

Maseczki medyczne wykonane z trzech warstw włókniny: warstwa wewnętrzna z włókniny polipropylenowej białej min. 17g/m<sup>2</sup>, warstwa środkowa filtracyjna z włókniny polipropylenowej białej min. 25g/m<sup>2</sup>, warstwa zewnętrzna z włókniny polipropylenowej niebieskiej min. 17g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura min. 59g/m<sup>2</sup>, posiadające wkładkę modelującą, za pomocą której można je ściśle dopasować do konturu nosa, wyposażone w elementy elastyczne o długości 17cm +/- 1cm służące do zamocowania wyrobu, w części centralnej posiadają zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy, kolor niebieski, maska wolna od mikrowłosek, klasa filtracji - wyrób klasy II zgodnie z EN 14683:2019, skuteczność filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98%, ciśnienie różnicowe min. 25±5Pa/cm<sup>2</sup> (przy wysokiej filtracji ciśnienie różnicowe jest stosunkowo niskie, co gwarantuje bezpieczeństwo i zapewnia komfort użytkowania - swobodnie się oddycha), wyrób nie zawierający lateksu, wyrób pakowany w kartoniki po 50 szt.

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 08.07.2020 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 06.07.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 6) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 7) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 8) Zamawiający dopuszcza.
- 9) Zamawiający dopuszcza.
- 10) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 11) Zamawiający dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandziejcu  
*dr n. med. Marek Kos*