

Sandomierz 07.01.2021 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak PN/35/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak PN/35/2020

Do Zamawiającego w dniu 04.01.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu 3:** Prosimy o dopuszczenie – Wąsy tlenowe, przeznaczone dla jednego pacjenta, do prowadzenia terapii tlenem, przepływ tlenu uzależniony od rozmiaru: S (0,125L/min – 2L/min). L (0,125L/min – 4L/min), L (2L/min – 6L/min), XL (2L/min – 6L/min). Wąsy wykonane z PCV, pozbawione ftalanów, o dł. 2,1m, ze standardowym złączem zewnętrznym o przekroju gwiazdkowym. Część nosowa bardzo miękka, anatomicznie wyprofilowana, końcówki donosowe minimalizujące traumatyzację śluzówki, zakrzywione i rozszerzone, część rozszerzona o przekroju owalnym i wymiarach 4mm/5mm. Wąsy dostępne w rozmiarach S, M, L, XL.
- 2. Dot. Pakietu 16:** Prosimy o dopuszczenie – Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4mm i wysokości 2mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorpcję CO2 od 178 – 200 litrów CO2/1litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy), charakteryzujące się wysoką odpornością na transport, pakowane w 5 litrowe kanistry – 4,15kg. Okres trwałości min. 4 lata.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.01.2021 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 04.01.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu

dr Jerzy Kulinski