

Sandomierz 08.07.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/21/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń, znak PN/21/2020

Do Zamawiającego w dniu 06.07.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. Dot. Pakietu I: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożeń:

2 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm

1 x osłona na stół Mayo 80x142 cm

1 x osłona na kończynę 36,5x72 cm

2 x taśma przylepna 9x50 cm,

2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z naciętą końcówką, z kartonikiem i z taśmą samoprzylepną ułatwiającą aplikację,

1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samuszczelniającym się otworem \varnothing 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego bilaminatu o niskiej gramaturze max.58g/m², o niskim współczynniku pylenia $\leq 1,7 \log 10$ i wysokiej odporności przenikanie płynów $> 175 \text{ cmH}_2\text{O}$ i pojemność absorpcji $> 145 \text{ ml/m}^2$. I klasa palności. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.

2. Dot. Pakietu II: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie obłożeń:

1 x serweta na stół narzędziowy min. 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem

1 x serweta na stół Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm

5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm

1x serweta górna 300x220 +/- 2cm długość przylepca 130 cm

1x osobno dołączona kieszeń na płyny

1 x osłona na kończynę 35x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony

1 x serweta 190x190 cm długość przylepca 85 cm

1 x serweta do operacji biodra 230x305 +/- 2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm, z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie i obejmują precyzyjnie zaokrąglone wycięcia U. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o gramaturze max. 58g/m², niskim współczynniku pylenia $\leq 1,7 \log 10$, wysokiej odporności przenikanie płynów $> 175 \text{ cm H}_2\text{O}$. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze $> 121 \text{ g/m}^2$ i wysokiej absorpcji $> 700 \text{ ml/m}^2$. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795.

3. Dot. Pakietu III: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie obłożeń:

1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z teksturowanej folii PE 50 μ ze wzmocnieniem

2 x nogawice 75x120 cm z bilaminatu

1 x serweta pod pośladki 90x120 cm +/-1cm z dodatkowym wywinięciem z warstwą chłonną 20x90 cm +/-2cm dla komfortu pacjenta i łatwej aplikacji pod pośladki

1 x serweta 170x75 cm z decentralnym otworem w okolicy krocza 9x15 cm z przyklepnym paskiem do fiksacji na spojeniu łonowym i z czterema fiksatorami do osłon kończyn wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu o gramaturze max.58g/m²pozbawionego pyłących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$, odpornego na penetrację płynów $> 175 \text{ cmH}_2\text{O}$, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho $>145 \text{ kPa}$. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany podwójnie we włókninę następnie sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton.

4. Dot. Pakietu IV: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie obłożenia:

1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem

1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrością zapobiegającą rozrywaniu

1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm z przyklepnym otworem brzuszny $\varnothing 8 \text{ cm}$, z otworem na pręcie $\varnothing 5 \text{ cm}$, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm i dodatkowo z taśmą lepną do fiksacji z fartuchem operatora. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max.58g/m²pozbawionego pyłących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$ i wysokiej odporności na przenikanie płynów $> 175 \text{ cm H}_2\text{O}$.I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Osłony na kończyny wyposażone w dodatkowe przylepce służące do ich dopasowania do pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

5. Dot. Pakietu VII: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie obłożenia:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 μm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 142 cm

- 1 x serweta na głowę dwuczęściowa, przylepna typu „turban” 107 x 82,5 cm z wąskim przylepcem (2cm)

- 1 x serweta 196 x 279cm z przyklepnym wycięciem U 6x63cm (wąskie paski klejące -2 cm), ze wzmocnieniem chłonnym 43 x 51 cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia 25 x 46 cm, zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów, boki z folii PE.Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów ($> 200 \text{ cm H}_2\text{O}$),wytrzymałego na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190 kPa), wytrzymałego na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140 g/m²), odporny na przenikanie płynów ($> 200 \text{ cm H}_2\text{O}$), odporny na rozrywanie na mokro/sucho ($> 570 \text{ kPa}$). Wszystkie serwety pozbawione pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log_{10}$). I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, wąskie taśmy lepne $< 2,5 \text{ cm}$. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym dwie etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

6. Dot. Pakietu VIII: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie obłożenia:

Sterylny zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu:

2 x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 +/-2 cm z folii PE 50 μ z wzmocnieniem 75x190 +/-2cm

1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm składana rewersowo

1 x osłona na kończynę 38x73+/-2 cm 2-warstwowa

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosięcią zabezpieczającą przed rozerwaniem

1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm z elastycznym z otworem $\varnothing 5 \text{ cm}$ wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) bez zawartości pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$) o gramaturze max. 58g/m² odpornego na przenikanie płynów ($> 175\text{cm H}_2\text{O}$),odpornego na rozrywanie na sucho/mokro ($>145\text{kPa}$). I klasa palności. Zestaw speł-

nia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

7. Dot. Pakietu IX: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie obłożenia:

1 x serweta na stół narzędziowy 160x240 cm z folii PE 90µm ze wzmocnieniem.

1 x serweta ortopedyczna na stół Mayo 80x145 cm z folii PE, ze wzmocnieniem 100x75cm,

3 x serweta przylepna 90x75 cm dwuwarstwowa,

1 x osłona na kończynę 20x96 cm,

2 x taśma przylepna 9x50 cm

2 x organizator przewodów typu rzep 2,5x23 cm,

1 x serweta do barku 411x262 cm z elastycznym otworem w kształcie gruszki 14x14 cm, ze zintegrowana torbą na płyny oraz dwoma organizatorami przewodów typu rzep wykonana z chłonnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max.66 g/m², pozbawionego pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia ≤1,9 log₁₀, odpornego na przenikanie płynów > 200 cm H₂O, odpornego na rozrywanie na mokro/sucho min. 190kPa, odpornego na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho min.88 N .I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

8. Dot. Pakietu X: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie obłożenia:

1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem w części krytycznej

1 x osłona na stół Mayo 80x142cm ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88 cm

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

1 x serweta ginekologiczna przylepna 35/40x114 cm z otworem przylepnym w kształcie serca 9x12cm

1 x serweta ginekologiczna 175/280x242 cm z otworem 12x25 cm z osłonami na kończynie.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max. 58g/m², pozbawionego pyłących włókien celulozy i jej pochodnych o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log₁₀, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H₂O, odpornego na rozrywanie mokro/sucho powyżej 145 kPa. I klasa palności Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze worek foliowy i karton.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 08.07.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 06.07.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający dopuszcza.
- 5) Zamawiający dopuszcza.
- 6) Zamawiający dopuszcza.
- 7) Zamawiający dopuszcza.
- 8) Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos