

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na „Dzierżawę zintegrowanego systemu biochemiczno – immunologicznego  
wraz ze stacją wody”, znak TP/6/2021

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dzierżawę zintegrowanego systemu biochemiczno – immunologicznego wraz ze stacją wody”, znak TP/6/2021**

Do Zamawiającego w dniu 14.06.2021r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytanie**

1. Dotyczy Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Parametry Techniczne pkt 3.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na platformę zintegrowaną, w przypadku której pojemność systemu wynosi 165 probówek badanych?
2. Dotyczy Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Parametry Techniczne pkt 14.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynników/wyrobów producentów innych niż Oferent, dla których to producent wykonał ocenę zgodności na oferowane analizatory, i które zgodnie z instrukcją użytkowania są przeznaczone do stosowania na oferowanych analizatorach?
3. Dotyczy Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Parametry Techniczne pkt 26.  
Czy Zamawiający dopuści możliwość kontroli pomiarów dla 2 różnych poziomów surowic kontrolnych w przypadku niektórych oznaczeń?
4. Dotyczy Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Parametry Techniczne pkt 38.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby odczynniki do badań immunochemicznych po wykonaniu badań wyjmować z analizatora i przechowywać zamknięte w lodówce? Umożliwi to przedłużenie czasu stabilności odczynników do daty ważności zestawu odczynnikowego.
5. Dotyczy par. 4 pkt 2 umowy.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wydierżawiający zapewnił reakcję serwisu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii? Uzasadnienie: w zależności od rodzaju awarii czas naprawy może ulec wydłużeniu.
6. Dotyczy par. 10 umowy

Czy w związku z regulacją art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- liczby opakowań
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

#### ***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 15.06.2021 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 14.06.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

- 1) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- 2) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- 3) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- 4) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- 5) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 6) Zamawiający nie wyraża zgody.

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu

*dr Jerzy Kuliński*