

Sandomierz 11.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/24/2021

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/24/2021**

Do Zamawiającego w dniu 05.01.2022 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytanie**

**Dot. Pakietu 34:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 34 zestawu do drenażu worka osierdziowego do wprowadzenia przezskórnie metodą Seldingera składającego się z: 2 igieł wprowadzających 18G 7 i 12cm, przewodnika 0,038" (0,97mm) o długości 70cm i zakończeniu "J", rozszerzadła, radiocieniującego cewnika typu pigtail 8,3 Fr o długości 40cm posiadającego 6 otworów, stożkowego adaptera umożliwiającego podłączenie do drenu lub worka.

**Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 11.01.2022 r.:**

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 05.01.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
*dr n. med. Marek Kos*