

Sandomierz 11.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/24/2021

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/24/2021**

Do Zamawiającego w dniu 10.01.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytania**

1. **Dot. Pakietu 8 poz. 1-4:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 poz. 1-4 dopuści kontrastujący mleczny tłok?
2. **Dot. Pakietu 8 poz. 1:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 poz. 1 dopuści rozszerzenie do 2,5ml?
3. **Dot. Pakietu 12:** Czy Zamawiający w Pakiecie 12 dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania płynów zawierający filtr przeciwbakteryjny powietrza 0,1 µm i filtr cząstek stałych 5 µm, do stosowania z lekami chemoterapeutycznymi, z samodomykającym się korkiem w kolorze czerwonym, z nasadką na kolec?
4. **Dot. Pakietu 13 poz. 1:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 poz. 1 dopuści wyłącznie kolor niebieski?
5. **Dot. Pakietu 13 poz. 2:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 poz. 2 dopuści wyłącznie kolor biały?
6. **Dot. Pakietu 13 poz. 2:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 poz. 2 dopuści wyłącznie optyczny identyfikator przepływów?
7. **Dot. Pakietu 19 poz. 1:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 19 poz. 1 odstąpi od wymogu tak precyzyjnie określonej skuteczności filtracji – 99,999 – taki opis wskazuje na przyrząd jednego producenta?
8. **Dot. Pakietu 19 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 poz. 1: Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji wyposażony w przezroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, samozamykającym się, elastyczną dolną część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 µm filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki. Zawór BCV zapobiegający cofaniu się krwi do drenu.
9. **Dot. Pakietu 19 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 poz. 2 średnicę wewnętrzną 1,24mm?
10. **Dot. Pakietu 19 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 poz. 3 przyrząd do przetaczania płynów z igłą biorczą dwukanałową z filtrem hydrofobowym powietrza zamykanym kłapką, z komorą kroplową wolną od PCV – 20 kropli = 1ml +/- 0,1ml, dren o długości 150cm z osłonką igły biorczej?
11. **Dot. Pakietu 19 poz. 3:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 19 poz. 3 dopuści komorę zawierającą medyczny PCV?
12. **Dot. Pakietu 19 poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 poz. 4 przyrząd do transfuzji z drenem o długości 150cm?

- 13. Dot. Pakietu 29 poz. 1:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 29 poz. 1 dopuści kaniule z portem dodatkowych wstrzyknięć umieszczonym nie centralnie nad skrzydełkami, dwie długości w rozmiarze 18G i 20G, pozostałe parametry zgodne z opisem w rozmiarze:  
0,17x19mm 24G 23ml/min.,  
0,9x25mm 22G 36ml/min.,  
1,1x32mm 20G 61ml/min.,  
1,3x45mm 18G 100ml/min.,  
1,7x45mm 16G 200ml/min?
- 14. Dot. Pakietu 40 poz. 1:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 40 poz. 1 dopuści rozmiary:  
26G 0,45x88mm,  
27G 0,40 x 120mm?
- 15. Dot. Pakietu 40 poz. 2:** Czy Zamawiający w pakiecie nr 40 poz. 2 dopuści rozmiary:  
25G 0,50x88mm,  
26G 0,45x88mm,  
25G 0,50x120mm,  
27G 0,40 x 120mm?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 11.01.2022 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 10.01.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający dopuszcza.
- 5) Zamawiający dopuszcza.
- 6) Zamawiający dopuszcza.
- 7) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 8) Zamawiający nie dopuszcza.
- 9) Zamawiający dopuszcza.
- 10) Zamawiający nie dopuszcza.
- 11) Zamawiający nie dopuszcza.
- 12) Zamawiający dopuszcza.
- 13) Zamawiający nie dopuszcza.
- 14) Zamawiający nie dopuszcza.
- 15) Zamawiający nie dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
*dr n. med. Marek Kos*