

Sandomierz 11.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/24/2021

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/24/2021**

Do Zamawiającego w dniu 10.01.2022 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytanie**

**Dot. Pakietu 39:** Czy Zamawiający w pak 39 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Zestaw do drenażu klatki piersiowej zawiera suchą zastawkę, zbiornik na wydzielinę, detektor przecieku powietrza, regulator siły ssania, zestaw z możliwością wykorzystania do drenażu czynnego i biernego. Zestaw o zwartej budowie, wykonany z przezroczystego w części przedniej tworzywa posiadający możliwość zawieszenia np. na poręczy łóżka. Wyposażony w ścianie tylnej w port umożliwiający pobranie strzykawką próbek wydzieliny do badania. Dodatkowo uchwyt umożliwiający noszenie drenażu przez pacjenta po odłączeniu od próżni (drenaż wodny). Komora zbiornika na wydzielinę o poj. 2500ml?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 11.01.2022 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 10.01.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

1)Zamawiający nie dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu

*dr n. med. Marek Kos*