

Sandomierz 11.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/24/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/24/2021

Do Zamawiającego w dniu 10.01.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu 21 poz. 8:** Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy anestezyjologiczny dla dorosłych pakowany pojedynczo rozciągliwy w zakresie 42 – 200 cm, wykonany z polipropylenu, z workiem oddechowym 2 l bezlateksowy, trzecia rura rozciągliwa do 150 cm, ze złączem rur 22 mm, złączem Y i łącznikiem kolankowym z portem kapno, średnica rur 22 mm, nie zawierającym PCV i ftalanów, mikrobiologicznie czysty, okres wykorzystania 7 dni?
- 2. Dot. Pakietu 21 poz. 9:** Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy do respiratora dla dorosłych wykonany z medycznego PCV o dł 160 mikrobiologicznie czysty?
- 3. Dot. Pakietu 21 poz. 15:** Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości laryngoskop jednorazowego użytku ze światłem LED, wykonany z jednego nierozłączalnego, składanego bloku (rękojeść + łyżka połączone ze sobą). Źródło światła zasilanie dwiema bateriami. Łyżka wykonana ze stali nierdzewnej. Rozmiary kodowane kolorami od 2-4 (Macintosh) od 00-4 (Miller)?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 11.01.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 10.01.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos