

Sandomierz 11.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/24/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/24/2021

Do Zamawiającego w dniu 10.01.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu 4:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obłe z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?
- 2. Dot. Pakietu 15:** Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?
- 3. Dot. Pakietu 15:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
- 4. Dot. Pakietu 17:** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu 2 litry z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, z możliwością stosowania do 7 dni?
- 5. Dot. Pakietu 18 poz. 1-2:** Czy Zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?
- 6. Dot. Pakietu 19 poz. 1:** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
- 7. Dot. Pakietu 19 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
- 8. Dot. Pakietu 19 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm³ (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?
- 9. Dot. Pakietu 19 poz. 3:** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
- 10. Dot. Pakietu 19 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

- 11. Dot. Pakietu 19 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści IS z ostra igłą biorcza dwukanałową trójplaszczynową?
- 12. Dot. Pakietu 19 poz. 3:** Czy Zamawiający wymaga przyrządów do przetaczania IS i TS z zabezpieczeniem igły biorczej po użyciu w postaci osłony igły biorczej, posiadającej żebrowanie które zapewnia pewny uchwyt?
- 13. Dot. Pakietu 19 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?
- 14. Dot. Pakietu 19 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?
- 15. Dot. Pakietu 19 poz. 3:** Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
- 16. Dot. Pakietu 19 poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójplaszczynowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³), sterylizacja EO?
- 17. Dot. Pakietu 19 poz. 4:** Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
- 18. Dot. Pakietu 19 poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
- 19. Dot. Pakietu 19 poz. 4:** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
- 20. Dot. Pakietu 19 poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści przyrząd TS z komorą o dł. około 7,5 mm (+/- 5 mm) w części przezroczystej?
- 21. Dot. Pakietu 19 poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm?
- 22. Dot. Pakietu 19 poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?
- 23. Dot. Pakietu 20:** Czy Zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku, wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?
- 24. Dot. Pakietu 25:** Czy Zamawiający dopuści skalę 50/60 ml?
- 25. Dot. Pakietu 35:** Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm, pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?
- 26. Dot. Pakietu 43:** Czy Zamawiający dopuści perforację co 50 cm?

27. Dot. Pakietu 43: Czy jeżeli Zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

28. Dot. Pakietu 45: Czy Zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek, bez gąbki, pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualnie w blister papier- folia, sterylny, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 ml?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 11.01.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 10.01.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający dopuszcza.
- 6) Zamawiający dopuszcza.
- 7) Zamawiający dopuszcza.
- 8) Zamawiający nie dopuszcza.
- 9) Zamawiający nie wymaga.
- 10) Zamawiający nie dopuszcza.
- 11) Zamawiający nie dopuszcza.
- 12) Zamawiający nie wymaga.
- 13) Zamawiający nie dopuszcza.
- 14) Zamawiający nie dopuszcza.
- 15) Zamawiający nie dopuszcza.
- 16) Zamawiający nie dopuszcza.
- 17) Zamawiający nie dopuszcza.
- 18) Zamawiający nie dopuszcza.
- 19) Zamawiający nie wymaga.
- 20) Zamawiający nie dopuszcza.
- 21) Zamawiający nie dopuszcza.
- 22) Zamawiający dopuszcza.
- 23) Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.
- 24) Zamawiający dopuszcza.
- 25) Zamawiający nie dopuszcza.
- 26) Zamawiający dopuszcza.
- 27) Zamawiający informuje, że dopuścił pokrycie w rolce posiadające inną perforację a nie inną długość rolki. W związku z powyższym pytanie jest bezprzedmiotowe.
- 28) Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu

dr n. med. Marek Kos