

Sandomierz 05.05.2021 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak PN/2/2021

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak PN/2/2021**

Do Zamawiającego w dniu 20.04.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

### **Pytania**

- 1. Dot. Pakietu XV poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści:  
Prowadnik do pomiarów FFR o poniższych parametrach:
  - prowadnik o długości 185 cm, część dystalna prosta i zakrzywiona „J”
  - czujnik w odległości 3 cm od części dystalnej, średnica 0.014”
  - pokrycie hydrofilowe w części dystalnej i PTFE w części proksymalnej
  - prowadnik umożliwia pomiar istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii?
- 2. Dot. Pakietu XV poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści: Proponujemy rozwiązanie polegające na dzierżawie jednego urządzenia, które umożliwia pomiar FFR oraz obrazowanie IVUS na cały czas trwania umowy ze Szpitalem: aparat mobilny Volcano posiada kolorowy monitor LCD, cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów na DVD -R, możliwość archiwizacji na wymiennym twardym dysku oraz na centralnym serwerze szpitala-DICOM, możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki, aparat daje możliwość badania przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR z możliwością pomiaru istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii, daje również możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych oraz obwodowych, menu w języku polskim, posiada automatyczną detekcję granic ośrodków o różnej gęstości, umożliwia analizę składu i budowy blaszki miażdżycowej (opcja VH) wraz z możliwością zapisu uzyskanego obrazu na DVD-R, posiada opcję ChromaFlo umożliwiającą analizę przepływu w naczyniach poddanych analizie ultrasonograficznej, możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekrój poprzeczny i przekrój podłużny.
- 3. Dot. Pakietu XV poz. 1:** Czy Zamawiający w przypadku dopuszczenia powyższych rozwiązań dopuści maksymalnie 21 dniowy czas dostawy i instalacji aparatu do dzierżawy?
- 4. Dot. Pakietu XV poz. 1:** Czy Zamawiający udostępni wzór umowy dzierżawy aparatu do FFR wraz z warunkami gwarancji i serwisu?
- 5. Dot. Pakietu XVI poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści:  
Cewnik do obrazowania IVUS o poniższych parametrach:

- Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa elektroniczna (IVUS) o rozdzielczości 20 MHz, cewnika o długości roboczej 150 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz przewodnika o max. średnicy 0,014 cala. Niski profil wejścia nie większy niż 0.019", dwa rodzaje systemów doprowadzających z przetwornikiem IVUS w odległości 2.5 mm i 10 mm od końca dystalnego

- Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa mechaniczna (IVUS) o rozdzielczości 45 MHz, w postaci cewnika o długości roboczej 135 cm  $\pm$ 5cm, Możliwość wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz przewodnika o max. średnicy 0,014 cala. Do głowicy IVUS mechanicznej dostarczamy wielorazowego użytku wyciągarkę mechaniczną IVUS.


6. **Dot. Pakietu XVI poz. 1:** Prosimy o dopuszczenie aparatu kompatybilnego z powyższymi sondami: Proponujemy rozwiązanie polegające na dzierżawie jednego urządzenia, które umożliwi pomiar FFR oraz obrazowanie IVUS na cały czas trwania umowy ze Szpitalem: aparat mobilny Volcano posiada kolorowy monitor LCD, cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów na DVD -R, możliwość archiwizacji na wymiennym twardym dysku oraz na centralnym serwerze szpitala-DICOM, możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki, aparat daje możliwość badania przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR z możliwością pomiaru istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii, daje również możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych oraz obwodowych, menu w języku polskim, posiada automatyczną detekcję granic ośrodków o różnej gęstości, umożliwia analizę składu i budowy blaszki miażdżycowej (opcja VH) wraz z możliwością zapisu uzyskanego obrazu na DVD-R, posiada opcję ChromaFlo umożliwiającą analizę przepływu w naczyniach poddanych analizie ultrasonograficznej, możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekrój poprzeczny i przekrój podłużny.
7. **Dot. Pakietu XVI poz. 1:** Czy Zamawiający w przypadku dopuszczenia powyższych rozwiązań dopuści maksymalnie 21 dniowy czas dostawy i instalacji aparatu do dzierżawy?
8. **Dot. Pakietu XVI poz. 1:** Czy Zamawiający udostępni wzór umowy dzierżawy aparatu do IVUS wraz z warunkami gwarancji i serwisu?
9. **Dot. SWZ:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy? Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego "oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej". Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa.
10. **Dot. SWZ:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu? W celu przyspieszenia dostawy towarów do Zamawiającego, są one wysyłane bezpośrednio z zagranicznego magazynu firmy. Dlatego też, najszybszym oraz bezpośrednim środkiem komunikacji jest w tym wypadku poczta elektroniczna.

- 11. Dot. Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Prosimy o informację, jakie ilości cewników FFR Zamawiający przewiduje na depozyt (dotyczy zadania XV – FFR).
- 12. Dot. Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Prosimy o informację, jakie ilości cewników IVUS Zamawiający przewiduje na depozyt (dotyczy zadania XVI – IVUS).

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 05.05.2021 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 20.04.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.
- 4) Zamawiający informuje, że projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące zał. nr 4 do SWZ zawierają zapisy w zakresie dzierżawy sprzętu.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza.
- 8) Zamawiający informuje, że projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące zał. nr 4 do SWZ zawierają zapisy w zakresie dzierżawy sprzętu.
- 9) Zamawiający dopuszcza.
- 10) Zamawiający informuje, że projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego nie przewidują możliwości składania zamówień za pośrednictwem faxu.
- 11) Zamawiający informuje, że pierwsza dostawa asortymentu stanowiącego depozyt wraz z protokołem przekazania depozytu nastąpi na podstawie złożonego przez Zamawiającego zamówienia.
- 12) Zamawiający informuje, że pierwsza dostawa asortymentu stanowiącego depozyt wraz z protokołem przekazania depozytu nastąpi na podstawie złożonego przez Zamawiającego zamówienia.

DYREKTOR  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
  
dr n. med. Marek Kos