

Sandomierz 14.09.2021 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak TP/13/2021

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę obłożeń, znak TP/13/2021**

Do Zamawiającego w dniu 13.09.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytania**

- 1. Dot. Pakietu 2:** Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie i rozmiarach:
  - 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
  - 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
  - 1 serweta na stół Mayo Special 80 cm x 145 cm
  - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
  - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
  - 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
  - 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm
  - 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm
  - 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
  - 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,4 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezyjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm ( +/- 1 cm), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy min. 174 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 73 N/ 85N. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Metoda sterylizacji EO. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Laminat wolny od lateksu, 1 kl. Palności wg CFR 1610. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Etykiety z identyfikacją wyrobu znajdują się na opakowaniu papierowo-foliowych zestawu oraz na kartonach stanowiących opakowanie handlowe / transportowe.
- 2. Dot. Pakietu 4:** Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i rozmiarach:
  - 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
  - 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
  - 1 uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm
  - 1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec? Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu

min. 57,4 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy oraz wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro zgodne z wymaganiami wysokimi normy PN EN 13795, zdolność absorpcji cieczy 340%. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Metoda sterylizacji EO. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Laminat wolny od lateksu, 1 kl. Palności wg CFR 1610. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową.

**3. Dot. Pakietu 6:** Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w kolorze zielonym. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,4 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej min. 109g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy oraz wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro zgodne z wymaganiami wysokimi normy PN EN 13795. Zestaw jest pakowany w opakowanie papier-folia, które posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada pakowany jest w opakowanie papier-folia i posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Metoda sterylizacji EO. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Laminat wolny od lateksu, 1 kl. Palności wg CFR 1610. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Etykiety z identyfikacją wyrobu znajdują się na opakowaniu papierowo-foliowych zestawu oraz na kartonach stanowiących opakowanie handlowe / transportowe.

**4. Dot. Pakietu 8:** Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,4 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm (+/- 1 cm)). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej min. 109 g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Odporność na przenikanie cieczy oraz wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro zgodne z wymaganiami wysokimi normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. przewodów i drenów. Metoda sterylizacji EO. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Laminat wolny od lateksu, 1 kl. Palności wg CFR 1610. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową.

Etykiety z identyfikacją wyrobu znajdują się na opakowaniu papierowo-foliowych zestawu oraz na kartonach stanowiących opakowanie handlowe / transportowe.

**5. Dot. Pakietu 9:** Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany podwójnie w worek foliowy i karton zewnętrzny? Etykiety z identyfikacją wyrobu znajdują się na opakowaniu papierowo-foliowych zestawu oraz na kartonach stanowiących opakowanie handlowe / transportowe.

**6. Dot. Pakietu 11:** Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm w kolorze zielonym

3 serwety samoprzylepne foliowe 50 cm x 50 cm

1 serweta wzmocniona do kraniotomii wzmocniona 225 cm x 280 cm z otworem 19 cm x 25 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwyty do mocowania przewodów i drenów?

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (50 cm x 50 cm +/- 1 cm ). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktoqramów. Oferowane zestawy pakowane są w podwójne opakowania: wewnątrz foliowe i zewnętrzne z kartony. Etykiety z identyfikacją wyrobu znajdują się na opakowaniu papierowo-foliowych zestawu oraz na kartonach stanowiących opakowanie handlowe / transportowe.

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.09.2021 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.09.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza.
- 5) Zamawiający dopuszcza.
- 6) Zamawiający dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
*dr n. med. Marek Kos*