

Sandomierz 05.05.2021 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak PN/2/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak PN/2/2021

Do Zamawiającego w dniu 21.04.2021 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Dot. Pakietu IX: Czy Zamawiający dopuści cewniki prowadzące standardowe dostępne dla średnic 5F, 6F, 7F i 8F? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 05.05.2021 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 21.04.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

1) Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos