

Sandomierz 11.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/24/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/24/2021

Do Zamawiającego w dniu 04.01.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. Pakietu 12:** Prosimy o dopuszczenie przyrządu do pobierania płynów z butelek, gdzie okres użytkowania wynosi 72 godziny, o średnicy igły 4mm (w najgrubszym miejscu) oraz długości igły 2 cm. Opisany przedmiot zamówienia jest stosowany w placówkach ochrony zdrowia do wykonywania procedur medycznych a dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.
- 2. Dot. Pakietu 16 poz. 1:** Poz.1- proszę o dopuszczenie wyceny kieliszków za op.75 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości szt. na opakowania, czyli 3200 op. Wycena za opakowanie umożliwi zaoferowanie korzystniejszej oferty cenowej. Kieliszki konfekcjonowane są w opakowaniach po 75 szt. i w ten sposób są sprzedawane.
- 3. Dot. Pakietu 16 poz. 1:** Poz.1- proszę o dopuszczenie kieliszka o pojemności 30 ml.
- 4. Dot. Pakietu 15 poz. 1:** Poz. nr 1 – prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartucha foliowego o rozmiarze 71x117cm, o grubości 0,02mm.
- 5. Dot. Pakietu 20:** Proszę o dopuszczenie worka na wymiociny posiadającego następujące parametry: sztywny ustnik (plastikowy), przezroczysty, wycięcie w ustniku służące do zamknięcia, pojemność 2000ml, skala pomiarowa do 1500 ml co 100 ml, dodatkowa skala pomiarowa w zakresie od 0 do 100 ml co 10 ml, nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV, jednorazowego użytku, z wkładem absorbującym, opakowanie zbiorcze 50 sztuk. Wyrób medyczny. Opisany przedmiot zamówienia jest powszechnie stosowany w placówkach ochrony zdrowia i w pełni wystarczający do przeprowadzenia poprawnej procedury, a dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 11.01.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 04.01.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający dopuszcza.
- 5) Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu

dr n. med. Marek Kos