

Sandomierz 11.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/24/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak TP/24/2021

Do Zamawiającego w dniu 04.01.2022 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Dot. Pakietu 26 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową, powierzchnia 87cm² dzielona, kontaktowa z pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 21 cm², bez kabla z wprowadzeniem na klips. Elektrody wygodne w użyciu, dokładnie przylegają do pomarszczonej i gładkiej skóry. Powierzchnie kontaktowe pokryte żelazem przewodzącym, Kompatybilna z diatermiami firmy ERBE?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 11.01.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 04.01.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos