

PN/3/2022

Sandomierz, 2022-07-20

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/3/2022. Nazwa zadania: *Dostawa wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych – PAKIET VI „Balon do kontrapulsacji”*

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PAKIET VI – Getinge Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. kryterium najniższej ceny. Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta z najniższą ceną.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu

Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: Getinge Polska Sp. z o.o.
Adres wykonawcy: ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa
Cena oferty brutto: 24.408,00 zł.

2. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: Teleflex Polska Sp. z o.o.
Adres wykonawcy: ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Oferta Wykonawcy Teleflex Polska Sp. z o.o. z ceną brutto: 15.552,00 zł. została odrzucona, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, w ten sposób, że Zamawiający zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SWZ, w Pakiecie VI wymagał zaoferowania balonu do kontrapulsacji spełniającego następujące parametry: „Dostępne balony: 40cc 7,5Fr dla pacjentów o wzroście od 162cm do 183cm lub 40cc 7,5Fr dla pacjentów o wzroście od 152cm do 163cm, 34cc 7,5Fr dla pacjentów o wzroście od 152cm do 163cm. Sterylny zestaw wprowadzający z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym oraz strzykawką i zastawką jednokierunkową. Port do pomiaru ciśnienia. Jednakowa średnica zwiniętego balonu i shaftu (bez skoku pomiędzy shaftem cewnika a balonem). Konstrukcja membrany balonu typu "folded designe", membrana balonu typu Durathan. Budowa shaftu typu "co-lumen", bez metalowego zbrojenia. Markery widoczne w promieniach RTG na obu końcach balonu”, natomiast Wykonawca zaoferował balon do kontrapulsacji o numerze katalogowym IABP-06840-U, który zgodnie z załączoną kartą katalogową spełnia jedynie wymóg średnicy balonu 40cc oraz balon o numerze katalo-

gowym IABP- 06830-U, którego nawet średnica jest niezgodna z wymogiem Zamawiającego gdyż wynosi 30cc zamiast 34cc. W zakresie spełniania pozostałych parametrów Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie udzielił żadnej odpowiedzi. Mając powyższe na względzie należy uznać, że oferta Wykonawcy Teleflex Polska Sp. z o.o. jest niezgodna z warunkami zamówienia i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.

4. Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. P. Pabła Świętego
w Sanktuarium

[Podpis]
Kierownik Zamawiającego

[Podpis]