

Sandomierz 29.11.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

w postępowaniu na dostawę ultrasonografu dla oddziału ginekologii i położnictwa, znak TP/45/2022 **Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę ultrasonografu dla oddziału ginekologii i położnictwa, znak TP/45/2022**

Do Zamawiającego w dniu 25.11.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania:

Pytanie 1

Ad. Wzór umowy par. 2 ust. 6

Czy Zamawiający zmieni zapis we wzorze umowy § 2 ust. 6 z „Wykonawca oświadcza, że wszelkie ewentualne licencje na oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania sprzętu (jeżeli występują) są nieodwołalne i bezterminowe, a ich cena jest zawarta w kwocie wynagrodzenia określonego w par. 3” na „Wykonawca oświadcza, że wszelkie ewentualne licencje na oprogramowanie zakupione przez Zamawiającego niezbędne do funkcjonowania sprzętu (jeżeli występują) są nieodwołalne i bezterminowe, a ich cena jest zawarta w kwocie wynagrodzenia określonego w par. 3”?

Pytanie 2

Ad. Wzór umowy par. 2 ust. 7

Prosimy o dodanie zapisu „Jeżeli nie jest to możliwe pod względem technicznym, Sprzedający po okresie gwarancji zobowiązuje się dostarczać tego typu kody na każde żądanie Zamawiającego.”

Pytanie 3

Ad. Wzór umowy par. 3 ust. 5

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury ustrukturyzowanej, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zm.)

Pytanie 4

Ad. Wzór umowy par. 3 ust. 6

Czy Zamawiający skróci termin płatności z 60 dni na 30 dni?

Pytanie 5

Ad. Wzór umowy par. 5 ust. 3 pkt. 4)

Prosimy o dodanie zapisu „Aktualizacje obowiązkowe będą wykonywane natychmiast po ich wprowadzeniu, zgodnie z procedurami producenta, natomiast aktualizacje bieżące będą wykonywane podczas przeglądu technicznego urządzenia.”

Pytanie 6

Ad. Wzór umowy par. 5 ust. 4 pkt. 1)

Czy zamawiający uzna za podjęcie naprawy kontakt telefoniczny z użytkownikiem wraz z diagnostyką zdalną/telefoniczną?

Pytanie 7

Ad. Wzór umowy par. 5 ust. 4 pkt. 1)

Czy Zamawiający zmieni zapis dotyczący czasu reakcji serwisu z 24 godzin na 48 godzin w dni robocze?

Pytanie 8

Ad. Wzór umowy par. 5 ust. 4 pkt. 2)

Czy Zamawiający zmieni zapis z „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonać bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego awarii dostarczonego urządzenia lub jego wyposażenia (uszkodzenie/wada urządzenia powodujące jego niesprawność, uniemożliwiająca jego funkcjonowanie lub powodujące jego nieprawidłowe funkcjonowanie) w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. termin do 10 dni roboczych od zgłoszenia.” na „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonać bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego awarii dostarczonego urządzenia lub jego wyposażenia (uszkodzenie/wada urządzenia powodujące jego niesprawność, uniemożliwiająca jego funkcjonowanie lub powodujące jego nieprawidłowe funkcjonowanie) w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. termin do 10 dni roboczych od zgłoszenia.”?

Pytanie 9

Ad. Wzór umowy par. 5 ust. 4 pkt. 3)

Czy Zamawiający zmieni zapis dotyczący terminu wymiany elementu na nowy na „5 dni roboczych (bez konieczności sprowadzenia części z zagranicy), 10 dni roboczych (w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy)”?

Pytanie 10

Ad. Wzór umowy par. 5 ust. 7

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Każda interwencja gwarancyjna w postaci naprawy lub wymiany (przekraczająca 2 dni robocze) powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji. Wydłużenia okresu gwarancji nie powodują planowane przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta.” na „Każda interwencja gwarancyjna w postaci naprawy lub wymiany (przekraczająca 5 dni roboczych) powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat zastępczy. Wydłużenia okresu gwarancji nie powodują planowane przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta.”?

Pytanie 11

Ad. Wzór umowy par. 5 ust. 12

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia sprzedaż części zamiennych przez okres min. 10 lat” na „Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia sprzedaż części zamiennych przez okres 8 lat od daty instalacji”?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 29.11.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 25.11.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie wyraża zgody.**
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody.**

- 3) Zamawiający informuje, że zapis projektu umowy nie wymaga, aby Wykonawca wysyłał Zamawiającego ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, a jedynie wskazuje, iż rozliczenie odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-privatnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1666 późn. zm.), czyli według wyboru Wykonawcy.
- 4) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 5) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 6) Zamawiający wyraża zgodę.
- 7) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 8) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 9) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 10) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 11) Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. M. Świątego
w Sandomierzu

dr n. med. Marek Kos